

Curitiba, 25 de Fevereiro de 2008.

Prezados,

Venho através desta informar-lhes do recall dos filtros da ALN.

Aparentemente a angulação das pernas do filtro está fora das especificações técnicas, o que pode ocasionar problemas durante e após o implante.

Devido a estes possíveis problemas, a ALN solicitou que todos os produtos incluídos nos números de lote citados abaixo, fossem retidos no estoque e que não fossem usados até que eles terminem as análises para garantir que a segurança dos pacientes e da equipe cirúrgica não estejam em risco.

Por esta razão solicito que todos os filtros dos lotes em questão sejam enviados ao estoque de Curitiba com a **máxima urgência**.

Lotes comprometidos:

- 0107A
- 0207A
- 0207B
- 0307A
- 0407A

Espero poder contar com a colaboração e responsabilidade de todos.

Grata,

Luciana
Luciana B. Percegon

lu