

Lagoa Santa, 24 de Fevereiro de 2016.

Prezados Senhores,

Boa tarde!

A empresa HTS – Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda, inscrita no CNPJ sob o Nº 66.437.831/0001 – 33, Distribuidora da Torneira de três vias Wellway, informa, através de seu responsável legal Sr. Ibsen José da Silva Giffoni e da sua responsável técnica Sr^a. Janaína Maria de Carvalho a ação de campo do produto.

TORNEIRA DE TRÊS VIAS WELLWAY - 9000	10407230070
Lote: 12433	

Detectamos na data de 27/01/2016 uma não conformidade de impressão do rotulo do produto supracitado, em que lê-se Número ANVISA 10407230071 e o correto é Número ANVISA 10407230070. Informamos não há nenhum comprometimento a saúde de pacientes, também não existe nenhuma ação necessária para pacientes que utilizaram estes produtos.


Conforme descrito na RDC 23 – 04/04/2012 e Instrução Normativa 01 – 24/08/2012, bem como orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, iniciamos as ações de campo através da comunicação do ocorrido aos nossos clientes.


Gentileza nos informar a quantidade do referido produto/ lote disponível em seu estoque.

Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.

Aguardaremos confirmação de recebimento deste para compor o nosso processo de notificação junto a ANVISA.

Atenciosamente,


Ibsen José da Silva Giffoni
Responsável Legal


Janaína Maria de Carvalho
Responsável Técnica