

E. TAMUSSINO
& CIA LTDA
Fundada em 1959

www.tamussino.com.br

Rio de Janeiro

Matriz - Estoque e Logística

Rua Washington Luis, 97 - Centro
20230-026 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3221-8500
Fax: (21) 3221-8520
E-mail: etlrj@tamussino.com.br

Filial - Administração e Vendas

Rua Washington Luis, 04 - Centro
20230-025 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3861-6600
Fax: (21) 3861-6635
E-mail: etlrj@tamussino.com.br

São Paulo

Av. Paes de Barros, 492/504
Mooca - 03114-000
São Paulo - SP
Tel.: (11) 2696-0766
Fax: (11) 2696-0767
E-mail: etlsp@tamussino.com.br

Paraná

Rua Julia Wanderley, 178
Mercês - 80430-030
Curitiba - PR
Tel.: (41) 3336-6116
Fax: (41) 3336-6016
E-mail: etlpr@tamussino.com.br

Pernambuco

Av. Frei Matias Teves, 280
Salas: 901/903 - Ilha do Leite
50070-450 - Recife - PE
Tel.: (81) 3223-2470
Fax: (81) 3421-9516
E-mail: etlpe@tamussino.com.br

Rio Grande do Sul

Av. João Pessoa, 1.315
Farroupilha - 90040-001
Porto Alegre - RS
Tel.: (51) 3019-1139
Fax: (51) 3019-0770
E-mail: etlrs@tamussino.com.br

Minas Gerais

Av. do Contorno, 3.505
Salas: 504/506 - Santa Efigênia
30110-917 - Belo Horizonte - MG
Tel.: (31) 3465-8200
Fax: (31) 3465-8201
E-mail: etlmg@tamussino.com.br

Distrito Federal

SIA Trecho 3, Lotes 625/695
Bloco B, Salas 232/234
71200-030 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3047-5365
E-mail: etlbf@tamussino.com.br

Rio de Janeiro, 11 de Janeiro de 2016.

Circular n.º: 001/16-RJ;

Assunto: Recall Voluntário Cook Medical (Cateter para Monitoração da P.A.);

Abrangência: Clientes.

Prezados Clientes,

Recebemos a informação de nossa representada Cook Medical a respeito do recall global voluntário relacionado ao Cateter para Monitoração da Pressão Arterial (C-PMS). O motivo para esta ação foi a identificação de um possível desvio na qualidade de alguns lotes.


A Cook Medical inventariou os lotes contemplados neste recall que foram encaminhados ao Brasil, os quais destacamos abaixo:

Código	Referência	Lote
G02838	C-PMS-250	NS6014456
G02838	C-PMS-250	NS6014457
G02926	C-PMS-250-RA	NS6063328
G01908	C-PMS-300-RA	5810905
G01908	C-PMS-300-RA	5810917
G01908	C-PMS-300-RA	5824547
G01908	C-PMS-300-RA	5824548
G01908	C-PMS-300-RA	NS6063331
G01908	C-PMS-300-RA	NS6108226
G01909	C-PMS-400-FA	6067782
G01909	C-PMS-400-FA	NS6042805
G02092	C-PMS-400-RA	NS6047396
G02092	C-PMS-400-RA	NS6047397
G02092	C-PMS-400-RA	NS6047398
G02092	C-PMS-400-RA	NS6047399
G02092	C-PMS-400-RA	NS6047440
G02092	C-PMS-400-RA	NS6047442

Referente aos lotes listados, estamos comunicando cada cliente, conforme rastreabilidade já identificada pela nossa empresa, sendo que os mesmos deverão ser supridos por outros lotes de mesma referência.

Pedimos gentilmente desculpas pelo transtorno e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,


Vânia Ruiz
Superintendente Comercial
E. Tamussino & Cia Ltda.