



Cascavel, 14 de julho de 2015.

Aos Clientes Medix Brasil,

COMUNICADO – 01

Referente: Recolhimento no Mercado do produto luvas em látex de procedimento não cirúrgico com pó “Medix Brasil – Top Quality”, tamanhos PP, P, M, G, produzidas pelo fabricante Hartalega Sdn Bhd – cadastro ANVISA nº 80495510001, em virtude da não Conformidade à Norma ISO 11193-1/2009, conforme indicado nos relatórios de Ensaios ELA/L-261.770/15(prova), ELA/L-262.651/15(contraprova), emitidos pelo (OCP) IFBQ, nos ensaios de manutenção semestral de comércio.

A empresa Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda, inscrita no CNPJ 10.268.780/0001-09, neste ato representada por sua Responsável Técnica Evelyn Aline Pante CRF-PR 19619 vem informar que está realizando Ação de Campo para o recolhimento no mercado do produto em epigrafe.

A abrangência da Ação de Campo será a partir da última análise de manutenção da Autorização para o Uso do Selo de Identificação da Conformidade. A lista de lotes envolvidos encontra-se em anexo.

Solicitamos que, conforme estabelecido na RDC 23/2012, nos informe sobre o estoque atual destes lotes na empresa, (mesmo que não tenha nenhum produto em estoque), por gentileza, entrar em contato pelo e-mail sac@medixbrasil.com.br ou telefone (45)3039-4242.

Atenciosamente

Evelyn Aline Pante

Responsável Técnica - CRF-PR 19619

Medix Brasil Produtos Hosp e Odon Ltda

Tel/ Fax.: 45 3039 42 42
R. Paraná, 1791- Centro
Cascavel / Pr – CEP 85.812-010