



INDÚSTRIA E COMÉRCIO

NP 80/15

Data: 27/04/2015

Notificação de Produto

Nome do Produto: **GOLD ELISA CHAGAS** Lotes: **CHA127A e CHA128A**
Código REM: **02OR1222K5**

Prezado cliente,

Nossos registros de rastreabilidade de produto indicam que sua empresa recebeu produtos dos lotes acima, nas quantidades listadas no quadro abaixo.

Tendo em vista que o Controle Positivo, um dos componentes do kit Gold ELISA Chagas, apresentou problemas de estabilidade, comprovado após investigação feita pelo fabricante do produto, este recomenda o recolhimento dos lotes indicados acima. Mais informações a respeito do ocorrido, favor verificar Notificação original do fabricante, em anexo.

Para o devido cumprimento das normas estabelecidas pela legislação vigente, favor preencher os dados abaixo, indicando as quantidades presentes em seu estoque nesta data.

Salientamos que, caso haja saldo do produto em seu estoque, este deve ser segregado. Assim que recebermos o documento devidamente preenchido, estaremos providenciando as trocas necessárias.

Lote Nº	Validade	Quantidade enviada	Quantidade em estoque

- Declaramos que estamos cientes desta notificação, que temos as quantidades acima em nosso estoque e que estamos segregando os produtos para troca.
- Declaramos que estamos cientes desta notificação e que não temos o referido lote em estoque.

Nome da Empresa: _____ Telefone: _____

Responsável: _____ Cargo: _____

Assinatura: _____ Data: _____

Francisco Angelo Brunetto

Responsável Técnico