Bateria Sarns ™ Delphin ™ para uso com o Sistema de Centrífuga Sarns ™

Anexo

Este anexo contém informações sobre a instalação e uso do Sistema de Baterias Delphin™ Sarns ™ .
Este anexo afeta a seção de Operação do Manual do Operador.

Recarregar a bateria

Se possível, evite o descarregamento total da bateria (zona vermelha). Evite usar uma bateria descarregada, com a bateria na chavedo sistema na posição “connect” (*modo ligado)*, o console da centrífuga com a chave desligada, e o cabo de alimentação ligado, pois esta condição pode fazer o fusível da entrada corrente alternada(AC) queimar/ abrir. Um sistema de bateria que esteja totalmente descarregado deve ser totalmente carregado antes da próxima utilização.

ATENÇÃO: Uma bateria descarregada (zona vermelha) deve ser carregado de acordo com as etapas seguintes. Caso não siga corretamente estes passos pode levar à incapacidade para carregar a bateria, devido à queima/abertura do fusível da entrada corrente alternada(AC) . Se o fusível de entrada AC queimar/abrir o sistema de bateria não será capaz de carregar as baterias , o indicador de carga não irá acender. Contate o seu fornecedor de serviços para substituir o fusível, se necessário.

Conclua as seguintes etapas para carregar uma bateria descarregada:

- Desligue a bateria na chave no *modo desliga*
- Deixe a bateria conectado a uma tomada adequada de alimentação.
- Verifique a carga monitorando o medidor de bateria. Demora cerca de 24 horas para recarregar uma bateria totalmente descarregada.

ATENÇÃO: Quando não estiver em uso, coloque o sistema de bateria no *modo desligado (chave na posição “disconnect” e* desligue a alimentação do sistema de centrífuga para impedir a descarga total do sistema de bateria. Se o sistema de bateria e o sistema de centrífuga são montados em uma Base seja do Sistema 8000, é possível que o indicador de carga da bateria do sistema pode ser difícil de ser visto.

Terumo Cardiovascular Systems Corporation
Ann Arbor, Michigan 48103-9300
(734) 663-4145 or (800) 262-3304 for technical information.
(800) 521-2818 for ordering information.

Terumo Europe N.V.
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven, Belgium

AU Sponsor Terumo Corporation Australian Branch
NSW 2113, Australia

Terumo Corporation
44-1, 2-Chome, Hatagaya, Shibuya-ku,
Tokyo 151-0072, Japan

826078 R/A
August, 2012

Printed in U.S.A.
© TERUMO CARDIOVASCULAR SYSTEMS CORPORATION 2012