

PLANO DE AÇÃO

COMUNICADO SOBRE RESULTADOS EQUIVOCADOS DE HbA1c EM PACIENTES COM GAMOPATIAS

PRODUTOS envolvidos no plano de ação:

| PRODUTO | Artigo | Marca |
|-----------|----------|----------|
| HbA1c KIT | 4190045K | Kovalent |

PLANO DE AÇÃO

| AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|
| INCLUIR INFORMAÇÕES DESTE COMUNICADO NA INSTRUÇÃO DE USO DO PRODUTO | ANDREA ARAUJO | 14/05/2012 | OK |
| PUBLICAR ESTE COMUNICADO COMO NOTÍCIA NO WEBSITE DA EMPRESA | LUCIANA TERRA | 17/05/2012 | OK |
| VERIFICAR SE EXISTEM PRODUTOS EM ESTOQUE PARA INCLUSÃO DA INSTRUÇÃO DE USO ATUALIZADA | ANDREA ARAUJO | 10/05/2012 | OK |
| BLOQUEAR KITS DO ESTOQUE PARA ATUALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO DE USO DO PRODUTO | ANDREA ARAUJO | 10/05/2012 | OK |
| INCLUIR AS INSTRUÇÕES DE USO ATUALIZADAS NOS KITS EM ESTOQUE | ALESSANDRO | 14/05/2012 | OK |
| RASTREAMENTO DOS CLIENTES JÁ COMPRARAM OS PRODUTOS | LUCIANA DIMAS | IMEDIATO | OK |
| ELABORAR COMUNICADO PARA OS CLIENTES | LUCIANA DIMAS | IMEDIATO | OK |
| ENVIAR OS COMUNICADOS AOS CLIENTES | LUCIANA DIMAS | 15/05/2012 | OK |
| ELABORAR A AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ESTE COMUNICADO | LUCIANA DIMAS | 12/02/2012 | OK |
| PREENCHER FORMULARIO DE AÇÃO DE CAMPO | LUCIANA DIMAS | 12/05/2012 | OK |
| COMUNICAR VISA/ANVISA | LUCIANA DIMAS | 17/05/2012 | OK |