



Anexo 1 – Lista de distribuição de produtos no Brasil

- Lista de distribuição de produtos no Brasil

Conforme informado, devido à mudança no microrganismo, o novo isolado de *Klebsiella pneumonia* apresenta alteração no teste de susceptibilidade à cefepima presente nos painéis Phoenix Gram Negativos. Considerando que os painéis BD Phoenix foram desenvolvidos para uso no sistema BD Phoenix, a lista de distribuição foi realizada baseada nos clientes que possuem unidades instaladas no Brasil. Segue a localização e quantidade de unidades instaladas abaixo:

| LOTE / SÉRIE | MUNICÍPIO | UF | QUANTIDADE |
|--------------|-----------------------|----|------------|
| NA | MANAUS | AM | 1 |
| NA | SALVADOR | BA | 2 |
| NA | FORTALEZA | CE | 1 |
| NA | SERRA | ES | 1 |
| NA | VILA VELHA | ES | 1 |
| NA | GOIANIA | GO | 1 |
| NA | SAO LUIS | MA | 1 |
| NA | BELO HORIZONTE | MG | 1 |
| NA | CONTAGEM | MG | 1 |
| NA | DIVINOPOLIS | MG | 1 |
| NA | ITAJUBA | MG | 1 |
| NA | CAMPO GRANDE | MS | 4 |
| NA | CUIABA | MS | 4 |
| NA | DOURADOS | MS | 1 |
| NA | GLORIA DE DOURADOS | MS | 1 |
| NA | SORRISO | MT | 1 |
| NA | RECIFE | PE | 6 |
| NA | TERESINA | PI | 1 |
| NA | CAMPINA GRANDE DO SUL | PR | 1 |
| NA | CURITIBA | PR | 3 |
| NA | FOZ DO IGUAÇU | PR | 1 |
| NA | LONDRINA | PR | 1 |
| NA | MARINGA | PR | 3 |
| NA | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | 1 |



| | | | |
|----|-----------------|----|---|
| NA | CANGACU | RS | 1 |
| NA | CAXIAS DO SUL | RS | 1 |
| NA | JARDIM BOTANICO | RS | 1 |
| NA | PELOTAS | RS | 1 |
| NA | PORTO ALEGRE | RS | 1 |
| NA | RIO GRANDE | RS | 1 |
| NA | FLORIANOPOLIS | SC | 1 |
| NA | ARACAJU | SE | 1 |
| NA | CAMPINAS | SP | 4 |
| NA | MOGI GUAÇU | SP | 1 |
| NA | SANTO ANDRE | SP | 1 |
| NA | SAO PAULO | SP | 6 |
| NA | SUMARE | SP | 1 |

- **Lista de Painéis BD Phoenix Gram Negativos com cefepima**

Considerando que a cefepima está presente em painéis gram negativos, foi contemplada na Notificação ao Cliente todos os painéis que já são utilizados, ou seja painéis já registrados na ANVISA, e potenciais painéis a serem usados, ou seja painéis a serem registrados.

- Segue a lista de painéis BD Phoenix Gram Negativos contendo cefepima presentes no Registro ANVISA nº 10033430636, classe de risco II.

| Catálogos | Produtos |
|-----------|---------------------------|
| 448723 | BD Phoenix NMIC/ID - 123 |
| 448474 | BD Phoenix NMIC - 123 |
| 448480 | BD Phoenix NMIC - 129 |
| 448724 | BD Phoenix NMIC/ID - 124 |
| 448726 | BD Phoenix NMIC/ID - 126 |
| 448729 | BD Phoenix NMIC/ID - 129 |
| 448732 | BD Phoenix NMIC/ID - 132 |
| 448484 | BD Phoenix NMIC - 133 |
| 448721 | BD Phoenix NMIC/ID - 121 |
| 448485 | BD Phoenix NMIC - 140 |
| 448781 | BD Phoenix NMIC / ID - 94 |
| 448764 | BD Phoenix NMIC - 203 |



- o Segue a lista de painéis BD Phoenix Gram Negativos contendo cefepima a serem registrados.

| Catálogos | Produtos |
|-----------|-------------------------|
| 448748 | BD Phoenix NMIC/ID-406 |
| 448869 | BD Phoenix NMIC-406 |
| 448749 | BD Phoenix UNMIC/ID-407 |
| 448879 | BD Phoenix UNMIC-407 |

Agradecemos antecipadamente a atenção e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Luiza Koreeda
Analista de Assuntos Regulatórios