

## Imoto, Ciro

---

**From:** Lazaridis, Jean  
**Sent:** segunda-feira, 16 de janeiro de 2017 15:13  
**Cc:** Venuto, Elza; Garrido, Gustavo; Campos, Alexandre; Costa, Guilherme; Imoto, Ciro; Marques, Danilo; brasil, sac  
**Subject:** Comunicado - Lâmina de Shaver Full Radius 3.5mm

Prezados, boa tarde.

A Smith & Nephew iniciou na sexta-feira (09/01) um recall global voluntário de alguns lotes da lâmina de shaver Full Radius 3.5mm. Este recall está relacionado a uma falha identificada na fábrica com relação a identificação da cor das lâminas, sendo que apenas alguns lotes foram afetados.

Mesmo não apresentando qualquer risco ou dano aos pacientes e prezando pela qualidade e pelo rígido controle dos processos internos, a Smith & Nephew decidiu proativamente recolher os lotes não conformes do mercado.

Segue abaixo a relação dos lotes afetados:

Product No.	Description (EN)	Descrição (PT)	Lotes Afetados	Registro ANVISA
7205305	Full Radius Blade, 3.5MM Disposable, EP 1	Ponteira para Ressecção Endoscópica FULL RADIUS 3,5mm Reta Bege	50983335, 50983334, 50977889, 50975556, 50970649, 50968791, 50964650, 50961735 & 50952320	80804050138

- [Lote Comercializado Afetado: LOTE 50952320](#)

Em breve entraremos em contato com os clientes afetados para dar seguimento aos trâmites para o retorno dos produtos.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Obrigado.

Jean



Jean Lazaridis | Marketing Product Manager ASD | Brazil |

[jean.lazaridis@smith-nephew.com](mailto:jean.lazaridis@smith-nephew.com) |

O: + 55 11 5070-9245

M: +55 11 98266 2554

[www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)