

COMUNICADO AÇÃO DE CAMPO


A Gabisa Medical International LTDA EPP vem informar a seus clientes a alteração do Produto Cateter Umbilical, Modelos: 544-25, 544-35, 544-40, 544-50, 544-60, Registro ANVISA 80423540023.

O Cateter apresentava-se demarcado a cada cm com pontos do 4 ao 24 cm a partir do extremo distal, e passou a ser demarcado com números do 4 ao 24 cm a partir do extremo distal, a alteração procede partir dos lotes:

Modelo	Lotes
544-25	160362
544-35	160289
544-40	160305
544-60	160299

Essa alteração visa a melhoria na usabilidade do Produto onde identificamos dificuldades de utilização pelos grupos de (médicos/ enfermeiros), porém a alteração não desabona o produto anterior já comercializado.

Marcação anterior



Marcação Atual



A Gabisa Medical International LTDA EPP coloca-se à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas técnicas específicas e prestar a assistência necessária por meio do seu telefone (1532182100) e email (gmi@gmimedical.com/farmacautica@gmimedical.com).



Sem mais,
Ana Paula Mendes
Farmacêutica Responsável
14/11/2016