



Resposta do Cliente

Necessário Agir Imediatamente

Descrição do Produto	Número de Lista	Número de Lote	Prazo de Validade	Número UDI
ARCHITECT SHBG Reagent Kit	8K26-20	01916E000	25APR2017	(01) 00380740017408 (17) 170425 (10) 01916E000 (240) 8K2620
ARCHITECT SHBG Reagent Kit	8K26-20	00316F000	27MAY2017	(01) 00380740017408 (17) 170527 (10) 00316F000 (240) 8K2620
ARCHITECT SHBG Reagent Kit	8K26-20	01816G000	12JUL2017	(01) 00380740017408 (17) 170712 (10) 01816G000 (240) 8K2620
ARCHITECT SHBG Reagent Kit	8K26-20	00916I000	05SEP2017	(01) 00380740017408 (17) 170905 (10) 00916I000 (240) 8K2620
ARCHITECT SHBG Reagent Kit	8K26-20	07316I000	21OCT2017	(01) 00380740017408 (17) 171021 (10) 07316I000 (240) 8K2620
ARCHITECT SHBG Reagent Kit	8K26-20	00916L000	16DEC2017	(01) 00380740017408 (17) 171216 (10) 00916L000 (240) 8K2620
ARCHITECT SHBG Reagent Kit	8K26-25	01816E000	25APR2017	(01) 00380740017415 (17) 170425 (10) 01816E000 (240) 8K2625
ARCHITECT SHBG Reagent Kit	8K26-25	00216F000	27MAY2017	(01) 00380740017415 (17) 170527 (10) 00216F000 (240) 8K2625
ARCHITECT SHBG Reagent Kit	8K26-25	01716G000	12JUL2017	(01) 00380740017415 (17) 170712 (10) 01716G000 (240) 8K2625
ARCHITECT SHBG Reagent Kit	8K26-25	00816I000	05SEP2017	(01) 00380740017415 (17) 170905 (10) 00816I000 (240) 8K2625
ARCHITECT SHBG Reagent Kit	8K26-25	07216I000	21OCT2017	(01) 00380740017415 (17) 171021 (10) 07216I000 (240) 8K2625

Comunicado de Correção de Produto da Abbott Diagnósticos de 20 de abril de 2017

Instruções: Favor providenciar uma cópia do Comunicado de Correção de Produto em anexo ao gerente/supervisor de laboratório responsável pelo ensaio ARCHITECT SHBG.

O gerente/supervisor de laboratório deverá preencher as informações abaixo declarando o recebimento do Comunicado de Correção de Produto e **enviar o Formulário de Resposta do Cliente até 04 de maio de 2017 por fax (5536-7032) ou e-mail anapaula.silva@abbott.com e aliene.santos@abbott.com. Caso você não possua mais o instrumento, favor enviar o Formulário de Resposta do Cliente preenchido para que possamos atualizar nossa base de dados de clientes.**

Agradecemos a colaboração.

Abbott Diagnósticos

Garantia de Qualidade para Operações Comerciais Globais

As medidas necessárias indicadas no Comunicado de Correção de Produto foram entendidas e implementadas?

Sim

Não (Neste caso, um representante Abbott entrará em contato.)

Não aplicável. Não possuo mais o instrumento.

Número do Cliente

Número(s) de Série

Nome da Instituição

Endereço

Telefone

Cidade

Estado

CEP

Nome do Cliente

Cargo

Assinatura

Data