

Pinhais, 03 de Julho de 2017.

À  
KASVI IMPORT. E DISTRIB. DE PROD.  
ATT.: SR. EMERSON E SRA. AYNÁ

## COMUNICADO

Através desta, informamos que o produto “TUBO OLEN – ATIVADOR DE COÁGULO + GEL SEPARADOR – 13X100 – 5ML – 100 UM/RACK” comercializado com a referência “K50-305M”, registrado junto a ANVISA através do nº 80502070045, onde a MOBIUS LIFE SCIENCE é a detentora do registro e cujo produto é comercializado e distribuído pela empresa KASVI IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO, apresentou não conformidade quanto da sua aplicação.

O lote de nº 4666, fabricado em 12/2016 e com validade 12/2017; apresentou queixa técnica oriunda de clientes, que mesmo após centrifugarem o tubo em velocidade indicada nas instruções, apresentou a separação do gel de forma ineficaz comprometendo a análise e os seus resultados.

Tendo em vista a segurança de nossos usuários e o compromisso com a qualidade, de imediato realizamos o bloqueio deste lote em nossos estoques. Estamos realizando internamente todos os testes aplicáveis para validar as informações, já entramos em contato com o fabricante a fim de verificação do ocorrido, e, uma vez confirmado o problema estaremos tomando medidas cabíveis para corrigir e tratar o mesmo.

Tão logo tenhamos mais informações dos resultados estarei repassando aos Senhores.

Atenciosamente,

Flávia Rosenstein Schiel  
Responsável Técnica  
CRBio. 34.360-07/D

[www.mobiuslife.com.br](http://www.mobiuslife.com.br)