

Fortaleza, 31 de julho de 2017.

Comunicado ao Mercado

REF.: Providência adotada pela HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI – EPP acerca do Transdutor de Pressão Descartável TPD-48120, registro 80275279004, Lotes 314322043 e 314147218.

A **HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI - EPP (“HOSP TRADE”)** vem por meio deste comunicar o recolhimento dos lotes 314322043 e 314147218 de seu produto Transdutor de Pressão Descartável TPD-48120, com registro nº 80275279004, conforme resolução nº 2.059, de 28 de julho de 2017 publicada no Diário Oficial da União em 31/07/2017. O motivo da ação de campo é a divergência entre a rotulagem apresentada no produto e a constante em seu registro.

A **HOSP TRADE** informa que já havia sido notificada do problema e iniciou o recolhimento dos produtos. Caso os clientes identifiquem algum produto afetado em seu estoque, devem segregá-lo imediatamente e não devem utilizá-los.

A **HOSP TRADE** disponibiliza o e-mail (sac@hosptrade.com.br) para prestar quaisquer orientações com relação aos produtos e quaisquer outras informações necessárias.

A **HOSP TRADE** assim reafirma seu compromisso com o mercado e com a sociedade no exercício das suas atividades.

Sem mais, subscrevemo-nos.

HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI - EPP