

Ribeirão Preto, 26 de dezembro de 2017.

Prezado cliente,

A Handle está promovendo o recolhimento voluntário do **Cateter Laparoscópico Gift**, referência K-J-MLC-503000, **lote 5571684**, cadastro ANVISA MS 10330710075.

A Cook Medical iniciou o recolhimento voluntário do material supracitado devido a identificação em seu sistema de qualidade de que os testes de análise do material, MEA e LAL, não foram realizados para o lote em questão. O fabricante não tem evidências de risco associado ao lote, porém devido ao fato do certificado de análise não estar em conformidade com a Garantia de Qualidade Cook Medical, iniciou-se o processo de recall.

Potenciais efeitos adversos podem ocorrer se um produto embriotóxico for usado em um procedimento resultando em gametas não viáveis e/ou embriões não viáveis.

O Cateter Laparoscópico Gift é utilizado para transferir gametas diretamente para as tubas uterinas através de procedimento laparoscópico. Destinado ao uso único.

Portanto caso possua em estoque solicitamos a **devolução** de todas as unidades até o dia **08 de janeiro de 2018**. As unidades compradas gerarão um crédito referente à mercadoria devolvida.

Colocamo-nos à disposição através do Atendimento ao Cliente Handle pelo telefone (16) 3456-1400 ou e-mail handle@handle.com.br.

Agradecemos sua imediata assistência e compreensão.

Atenciosamente,

Vivian Torquetti Telen
Departamento de Qualidade