
Belo Horizonte, 11 de Dezembro 2017

AOS CLIENTES DA BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES SA

AO: SETOR DE COMPRAS E FARMÁCIA

REF.: CORREÇÃO DE INFORMAÇÃO NO RÓTULO DO PRODUTO - INTRODUTOR DE CATETER PARA ACESSO VASCULAR PRELUDE®

Registro:

Bainha Introdutora Prelude com Agulha 18G	80740950020
Bainha Introdutora Prelude com Agulha	80740950022

A Biomedical Produtos Científicos, Médicos e Hospitalares SA, sediada à Rua Dr. Álvaro Camargos, 1236 – São João Batista - Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ: 19.848.316/0001-66, informa a seguinte correção na rotulagem de produtos:

Adequando à RESOLUÇÃO - RE N° 2605, DE 11 DE AGOSTO DE 2006, o rótulo terá a seguinte informação sobre o reprocessamento ajustada: de **Fabricante Recomenda Uso Único** para **Proibido Reprocessar**.

Tal informação segue a recomendações do registro do produto na Anvisa e da Vigilância Sanitária, órgão que regulamenta esta área.

Atenciosamente,

Carolina de Andrade Gomes - Departamento de Qualidade

qualidade@biomedical.com.br

(31) 2538-5440