

REGISTRO

IDENTIFICAÇÃO

FASE

**Mensagem de Alerta - Recolhimento****GQ055 - V.0****VIGENTE**

## **COMUNICADO DE RECOLHIMENTO – AÇÃO DE CAMPO**

Prezado Cliente,

A SCITECH Produtos Médicos Ltda. informa a ação e recolhimento (Recall) dos Produtos **111624** - KIT LAÇO SNARE SCITECH 4FR 05MM X 120CM, lotes **024004, 024498 e 025282, 112000** - KIT LACO SNARE SCITECH 5FR 15MM X 120CM, lotes **023843, 024494 e 024895**, devido a possibilidade de mistura de tamanho das medidas 05mm e 15mm.

**Sendo assim, solicitamos imediata suspensão na utilização do material.**

Nossa Equipe Comercial e/ou Responsáveis pelo recolhimento entrarão em contato para orientar quanto a logística reversa.

Daremos continuidade a investigação das possíveis causas do problema. Lamentamos por qualquer inconveniente que esta ação possa causar e apreciamos sua compreensão, uma vez que a iniciativa do comunicado é para garantir a segurança e a satisfação de nossos clientes.

Atenciosamente,

**Raphael Pimenta**

Responsável Técnico

Aparecida de Goiânia, 14/05/2018.

Aprovador e data gerados eletronicamente através do DocNix.

---

**Revisado por:** Doni Silva

**Próxima revisão:** 05/09/2019

---

**Aprovado por:** Luana Pértile

**Aprovado em:** 05/09/2017

---

Solicitante: Raphael Pimenta

Página 1/1