

REGISTRO

IDENTIFICAÇÃO

FASE

**Mensagem de Alerta - Recolhimento****GQ055 - V.0****VIGENTE**

## COMUNICADO DE RECOLHIMENTO – AÇÃO DE CAMPO

Prezado Cliente,

A SCITECH Produtos Médicos Ltda. informa a ação e recolhimento (Recall) dos produtos abaixo devido a possibilidade de falha na selagem podendo ocorrer a abertura da embalagem primária e contaminação do produto.

Código	Lote	Produto
111723	31683	ENDOPROTESE SOLARIS 08X060MM 130CM SCITECH
	31684	
	31685	
111724	31888	ENDOPROTESE SOLARIS 08X080MM 130CM SCITECH
	31891	

**Sendo assim, solicitamos imediata suspensão na utilização do material.**

Nossa Equipe Comercial e/ou Responsáveis pelo recolhimento entrarão em contato para orientar quanto a logística reversa.

Daremos continuidade a investigação das possíveis causas do problema. Lamentamos por qualquer inconveniente que esta ação possa causar e apreciamos sua compreensão, uma vez que a iniciativa do comunicado é para garantir a segurança e a satisfação de nossos clientes.

Atenciosamente,

Raphael Pimenta

Responsável Técnico

Aparecida de Goiânia, 06/08/2018.

Aprovador e data gerados eletronicamente através do DocNix.

**Revisado por:** Doni Silva

**Próxima revisão:** 05/09/2019

**Aprovado por:** Luana Pértile

**Aprovado em:** 05/09/2017

Solicitante: Tainy Souza

Página 1/1