



Resposta do Cliente

Necessário agir imediatamente

Produto	Número de Lista (LN)	UDI
Alinity ci-series System Control Module (SCM)	03R70-01	N/A

Comunicado de Correção de Produto da Abbott Diagnósticos de 10 de julho de 2018

Instruções: Favor providenciar uma cópia do Comunicado de Correção de Produto em anexo ao gerente/supervisor de laboratório responsável pelos instrumentos Alinity ci-series.

O gerente/supervisor de laboratório deverá preencher as informações abaixo declarando o recebimento do Comunicado de Correção de Produto e **enviar o Formulário de Resposta do Cliente até 24 de julho de 2018 por fax (1-800-777-0051) ou e-mail QAGCO@abbott.com**. Caso você não possua mais o(s) instrumento(s), favor enviar o Formulário de Resposta do Cliente preenchido para que possamos atualizar nossa base de dados de clientes.

Agradecemos a colaboração.

Abbott Diagnósticos

Garantia de Qualidade para Operações Comerciais Globais

As medidas necessárias indicadas no Comunicado de Correção de Produto foram entendidas e implementadas?

Sim

Não (Neste caso, um representante Abbott entrará em contato).

Não aplicável. Não possui mais o instrumento.

Número do Cliente

Número(s) de série

Nome da Instituição

Endereço

Telefone

Cidade

Estado

CEP

Nome

Cargo

Assinatura

Data