

**CARTA DE RETORNO DO CLIENTE**  
**Ação de campo FA 151\_02**

Modelos afetados : BF-160, BF-1T150, BF-1T180, BF-1T160, BF-1T240, BF-1T40, BF-1T60, BF-1TQ180, BF-3C160, BF-3C40, BF-40, BF-MP160F, BF-MP60, BF-P150, BF-P160, BF-P180, BF-P60, BF-Q180, BF-XP160F, BF-XP60, BF-XT160, BF-XT40, BF-UC180F, ENF-VT2.

Número de série - Todos.

Ao receber este formulário de resposta, reconheço que recebi a Notificação de segurança importante para o modelo afetado mencionado acima.

Eu entendo que eu preciso inspecionar meu inventário de Operações Manuais e descartar alguma existência de inventário de operações manuais. Eu entendo que a inspeção do canal é prioridade para todo uso dos endoscópios

Eu entendo que preciso inspecionar meu inventário de Operações Manuais e descartar alguma existência de inventário manual de operações. Eu entendo que inspecionar os instrumentos na entrada do canal de biopsia é prioridade antes de todo uso do endoscópio.

Razão social/Nome sem abreviação: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Número de telefone: \_\_\_\_\_

Número de série do equipamento e  
Modelo \_\_\_\_\_

**Por favor envie esta carta complete para o departamento de Assuntos Regulatórios/Qualidade  
através do seguinte e-mail - [qualidade.brasil@olympus.com](mailto:qualidade.brasil@olympus.com)**