



Resposta do Cliente

Necessário Agir Imediatamente

Nome do Produto	Número de Lista	Número de Lote	Números UDI
Alinity i Free T3 Reagent Kit	07P6920	Todos	N/A
Alinity i Free T3 Reagent Kit	07P6930	Todos	N/A
Alinity i Total T3 Reagent Kit	07P9420	Todos	N/A
Alinity i Total T3 Reagent Kit	07P9430	Todos	N/A

Comunicado de Correção de Produto Abbott Diagnostics de 17 de outubro de 2018

Instruções: Por favor, forneça uma cópia do Comunicado de Correção de Produto em anexo ao gerente/supervisor de laboratório responsável pelo Alinity Total T3 e Alinity Free T3.

O gerente/supervisor de laboratório deverá preencher as informações abaixo confirmando o recebimento do Comunicado de Correção de Produto e **enviar o Formulário de Resposta do Cliente até 26 de outubro de 2018 por fax (1-800-777-0051) ou e-mail QAGCO@abbott.com**. Mesmo que você não possua mais o(s) instrumento(s), favor preencher e enviar o Formulário de Resposta do Cliente para que possamos atualizar nosso banco de dados.

Agradecemos pela colaboração.

Abbott Diagnostics

Garantia de Qualidade para Operações Comerciais Globais

As medidas necessárias indicadas no Comunicado de Correção de Produto foram entendidas e implementadas?

Sim

Não (Neste caso, um Representante Abbott entrará em contato).

Ação não aplicável. Não possuo mais o instrumento.

Houve alguma lesão de paciente ou usuário relacionada a esta Ação de Campo? Sim Não

Se sim, favor explicar e fornecer o número de referência do chamado associado: Nº _____

Se sim, e um chamado não foi aberto, ligue para **1-877-4Abbott** ou para o **Centro de Serviço ao Cliente local (0800 11 9099)** para obter um número de chamado e forneça uma referência: Nº do Chamado

Número do Cliente

Número(s) de Série

Nome da Instituição

Endereço

Telefone

Cidade

Estado

CEP

Nome

Cargo

Assinatura

Data