



Ilhota, 05 de novembro de 2018.

Aos Distribuidores e Clientes Descarpack

Referente:

Recolhimento – Lote SSSLAA0019 de Seringa Descartável sem Agulha Descarpack

A empresa Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda., devidamente autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob o número 1.03.405-8, publicado no Diário Oficial da União de 19 de janeiro de 1998, neste ato representada pela Responsável Técnica de sua filial em Ilhota – SC, Indianara Dielle Zanelato Joiozo, a qual assina abaixo, na qualidade de importadora das Seringas Descartáveis sem Agulha Descarpack, vem por meio desta informar que, devido ao recebimento da Notificação nº 024/2018-DVVSP/CEVS/SVS, recebido em consequência à conclusão insatisfatória no ensaio de aspecto no Laudo de Análise 254. CP .0/2018, emitido pelo Laboratório Central do estado do Paraná (LACEN) para o produto supracitado, cadastrado na ANVISA sob o número 10330669025, está efetuando o recolhimento do lote mencionado abaixo. Caso possua alguma unidade do lote em questão, favor entrar em contato com a Descarpack, através do telefone 0800 878 4051 ou e-mails descarpack@descarpack.com.br e sac.sc@descarpack.com.br.

Lote	Data de fabricação	Volume	Modelo
SSLLAA0019	Set/2017	10mL	Luer Lock

Sem mais,

Indianara Dielle Zanelato Joiozo
Responsável Técnica
Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda.