



Resposta do Cliente

Necessário Agir Imediatamente

Nome do Produto: Alinity hq Analyzer

Número de Lista: 09P68-01

Número UDI: não aplicável

Números de Série: consulte o Apêndice A

Comunicado de Correção de Produto da Abbott Diagnósticos de 15 de fevereiro de 2019

Instruções: Favor fornecer uma cópia do Comunicado de Correção de Produto em anexo ao gerente/supervisor de laboratório responsável pelo Alinity hq Analyzer.

O gerente/supervisor de laboratório deverá preencher as informações abaixo confirmando o recebimento do Comunicado de Correção de Produto e **enviar o Formulário de Resposta do Cliente até 21 de fevereiro de 2019** para o e-mail tecnovigilancia_addbr@abbott.com. **Mesmo que você não possua mais o(s) instrumento(s), favor preencher e enviar o Formulário de Resposta do Cliente para que possamos atualizar nosso banco de dados.**

Agradecemos a colaboração.

Abbott Diagnósticos

Garantia de Qualidade para Operações Comerciais Globais

As medidas necessárias indicadas no Comunicado de Correção de Produto foram entendidas e implementadas?

Sim

Não (Neste caso, um Representante da Abbott entrará em contato).

Ação não aplicável. Não possui mais o instrumento.

Número do Cliente

Número(s) de Série

Nome da Instituição

Endereço

Telefone

Cidade

Estado

CEP

Nome

Cargo

Assinatura

Data