Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden, Germany

DIAGNÓSTICOS

Resposta do Cliente

Necessário Agir Imediatamente

[redacted]

Nome do Produto	Número de Peça	Número de Série	UDI
Alinity s System	06P16-01	Todos	N/A

Comunicado de Correção de Produto da Abbott Diagnósticos de 1º de março 2019

Instruções: Favor fornecer uma cópia do Comunicado de Correção de Produto em anexo ao gerente/supervisor de laboratório responsável pelo Alinity s System.

O gerente/supervisor de laboratório deverá preencher as informações abaixo confirmando o recebimento do Comunicado de Correção de Produto e **enviar o Formulário de Resposta do Cliente até 15 de março de 2019 por fax (1-800-777-0051) ou e-mail QAGCO@abbott.com. Mesmo que você não possua mais o(s) instrumento(s), favor preencher e enviar o Formulário de Resposta do Cliente para que possamos atualizar nosso banco de dados.**

Agradecemos a colaboração.
Abbott Diagnósticos
Garantia de Qualidade para Operações Comerciais Globais

As medidas necessárias indicadas no Comunicado de Correção de Produto foram entendidas e implementadas?

___ **Sim**

___ **Não** (Neste caso, um Representante da Abbott entrará em contato).

___ **Ação não aplicável**. Não possuo mais o instrumento.

_____ _____
Número do Cliente Número(s) de Série

_____
Nome da Instituição

_____ _____
Endereço Telefone

_____ _____ _____
Cidade Estado Cep

_____ _____
Nome Cargo

_____ _____
Assinatura Data