



Resposta do Cliente

Necessário Agir Imediatamente

Nome do Produto	Número de Peça	Número de Série	UDI
Alinity i Processing Module	03R65-01	Todos	N/A
Alinity c Processing Module	03R67-01	Todos	N/A

Comunicado de Correção de Produto da Abbott Diagnósticos de 1º de março de 2019

Instruções: Favor fornecer uma cópia do Comunicado de Correção de Produto em anexo ao gerente/supervisor de laboratório responsável pelo Alinity i Processing Module e Alinity c Processing Module.

O gerente/supervisor de laboratório deverá preencher as informações abaixo confirmando o recebimento do Comunicado de Correção de Produto e **enviar o Formulário de Resposta do Cliente até 15 de março de 2019 por fax (1-800-777-0051) ou e-mail QAGCO@abbott.com**. Mesmo que você não possua mais o(s) instrumento(s), favor preencher e enviar o Formulário de Resposta do Cliente para que possamos atualizar nosso banco de dados.

Agradecemos a colaboração.

Abbott Diagnósticos

Garantia de Qualidade para Operações Comerciais Globais

As medidas necessárias indicadas no Comunicado de Correção de Produto foram entendidas e implementadas?

☐ Sim

☐ Não (Neste caso, um Representante da Abbott entrará em contato).

☐ Ação não aplicável. Não possuo mais o instrumento.

Número do Cliente

Número(s) de Série

Nome da Instituição

Endereço

Telefone

Cidade

Estado

Cep

Nome

Cargo

Assinatura

Data