



Resposta do Cliente

Necessário Agir Imediatamente

Nome do Produto	Número de Lista	Número de Série	UDI
Alinity hq Analyzer	09P68-01	TODOS	Não Aplicável
Alinity hs Slide Maker Stainer Module	09P69-01	TODOS	

Comunicado de Correção de Produto da Abbott Diagnósticos de 28 de fevereiro de 2019

Instruções: Favor fornecer uma cópia do Comunicado de Correção de Produto em anexo ao gerente/supervisor de laboratório responsável pelo Analisador Alinity hq e Módulo de Coloração de Lâmina Alinity hs.

O gerente/supervisor de laboratório deverá preencher as informações abaixo confirmando o recebimento do Comunicado de Correção de Produto e **enviar o Formulário de Resposta do Cliente até 14 de março de 2019 por fax (1-800-777-0051) ou e-mail QAGCO@abbott.com**. Mesmo que você não possua mais o(s) instrumento(s), favor preencher e enviar o Formulário de Resposta do Cliente para que possamos atualizar nosso banco de dados.

Agradecemos a colaboração.

Abbott Diagnósticos

Garantia de Qualidade para Operações Comerciais Globais

As medidas necessárias indicadas no Comunicado de Correção de Produto foram entendidas e implementadas?

☐ **Sim**

☐ **Não** (Neste caso, um Representante da Abbott entrará em contato).

☐ **Ação não aplicável.** Não possuo mais o instrumento.

Número do Cliente

Número(s) de Série

Nome da Instituição

Endereço

Telefone

Cidade

Estado

Cep

Nome

Cargo

Assinatura

FA28FEB2019

Data