

Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2019.

Assunto: Ação de campo – SOFLENS 66 LENTES DE CONTATO DE TONALIDADE VISÍVEL (ALPHAFILCON A)

Sr.(a) Responsável Técnico(a),

BL Indústria Ótica Ltda., detentora do registro do produto SOFLENS 66 LENTES DE CONTATO DE TONALIDADE VISÍVEL (ALPHAFILCON A), vem respeitosamente através de sua responsável técnica, Dra. Patrícia Weber, solicitar a devolução de estoque do produto SOFLENS 66 LENTES DE CONTATO DE TONALIDADE VISÍVEL (ALPHAFILCON A), LOTES P76610047, P66610258 e P66610112, presente em seu estabelecimento.

O motivo desta devolução é que algumas unidades dos lotes P66610258, P66610112 e P66610047 podem apresentar a data de validade impressa na embalagem secundária (cartucho) superior e divergente à data de validade impressa na embalagem primária (blister). Nestes casos a data de validade correta é a que está impressa na embalagem primária.

A BL Indústria Ótica Ltda. procede conforme resolução da ANVISA – RDC nº 23 de 04 de abril de 2012, e pedimos, portanto, sua colaboração nos seguintes procedimentos:

- 1) Informar a BL Indústria Ótica Ltda., a quantidade de SOFLENS 66 LENTES DE CONTATO DE TONALIDADE VISÍVEL (ALPHAFILCON A), **LOTES** P76610047, P66610258 e P66610112 disponível em seu estoque, preenchendo todos os campos do 'Formulário Confirmação Estoque Cliente Ação de Campo' (conforme modelo enviado juntamente a esta carta) e enviá-lo por meio eletrônico para recolhimento@bausch.com.
No caso de não haver o produto em seu estoque, seguir como o orientado acima, informando no item "quantidade em estoque", zero unidades;
- 2) Segregar o produto em questão;
- 3) Aguardar o contato da área comercial, após o envio do formulário preenchido para que seja providenciada a substituição de seu produto.

Qualquer dúvida pode ser esclarecida através do telefone 0800 702 64 64 ou e-mail recolhimento@bausch.com.

Agradecemos sua colaboração e contamos com sua efetiva participação para o adequado cumprimento dos procedimentos legais.

Atenciosamente,



Patrícia Weber
Responsável Técnica
CRF-RS nº 11.640