

Curitiba, 07 de Março de 2019.

**AÇÃO DE CAMPO Nº CWB 04/19 – ASPIREX S 10F – Lote 190114**

Prezado(a) Sr(a),

A Tecmedic Comércio de Produtos Médicos Ltda vem por meio desta comunicar sobre a ação de campo para recolhimento do seguinte produto:

**ASPIREX S SET 10F -110CM**  
**REGISTRO ANVISA: 80202910072**  
**REFERÊNCIA: 80232**  
**LOTE: 190114**

Na data de 07/03/2019 recebemos e-mail do fornecedor Straub Medical, solicitando o **recolhimento imediato** de TODAS as peças do produto Aspirex S 10Fx110cm do lote **190114**, por motivo de suspeita de falha de rotulagem sem quaisquer preocupações de segurança, mas que precisam ser recolhidos e substituídos puramente por razões regulatórias.

Diante deste e-mail está **SUSPENSO** o Uso destes materiais.

**Salientamos que trata-se de uma ação preventiva por parte do fabricante, isolada para o lote 190114 por uma suspeita na falha de rotulagem, sem quaisquer preocupações de segurança.**

No entanto, na qualidade de importador, solicitamos o recolhimento preventivo da unidade com o lote afetado, a qual foi distribuída para sua Empresa (caso esta ainda esteja em seu estoque), conforme informação abaixo. Para a unidade utilizada (se houver), solicitamos o preenchimento da tabela.


/EMISSAO	NF	D/USO	COD/MAT	DESCRICAO	LOTE	SERIAL	HOSPITAL	MEDICO	PACIENT
28/02/2019	90589-2		80232	CAT. PERIFERICO ASPIREX S SET 10F -110CM EXTRATOR DE TROMBOS	190114	17500003922			

A unidade recolhida deverá ser enviada para o seguinte endereço abaixo, mediante nota fiscal de devolução. Assim que recebermos retorno do fabricante quanto ao crédito desse produto, entraremos em contato com as devidas orientações de ressarcimento.

**TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA**  
**A/C Flávia Rocha / Marjori**  
**Rua Brasílio Cuman, 566, São Bráz.**  
**Curitiba-PR CEP 82315-010**

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com Flávia/Marjori através do telefone (41) 3233-7887 Ramal 4 ou e-mail [regulatorio@contecserv.com.br](mailto:regulatorio@contecserv.com.br) e [qualidade@contecserv.com.br](mailto:qualidade@contecserv.com.br).

Atenciosamente,

  
Flávia Herrera Rocha  
Responsável Técnica