



Resposta do Cliente

Necessário Agir Imediatamente

Nome do Produto	Número de Peça	Números de Série	Números UDI
Alinity s System	06P16-01	Todos	N/A

Comunicado de Correção de Produto da Abbott Diagnósticos de 11 de março 2019

Instruções: Favor fornecer uma cópia do Comunicado de Correção de Produto em anexo ao gerente/supervisor de laboratório responsável pelos instrumentos Alinity s System.

O representante da Abbott deve preencher as informações abaixo reconhecendo o recebimento, por parte do cliente, do Comunicado de Correção de Produto. Entretanto, o gerente/supervisor do laboratório poderá preencher as informações mediante solicitação. Por favor, **enviar o Formulário de Resposta do Cliente até 25 de março de 2019 pore-mail tecnovigilancia_addbr@abbott.com. Mesmo que você não possua mais o(s) instrumento(s), favor preencher e enviar o Formulário de Resposta do Cliente para que possamos atualizar nosso banco de dados.**

Agradecemos a colaboração.

Abbott Diagnósticos

Garantia de Qualidade para Operações Comerciais Globais

As medidas necessárias indicadas no Comunicado de Correção de Produto foram entendidas e implementadas?

Sim

Não (Neste caso, um representante da Abbott entrará em contato).

Ação não aplicável. Não possuo mais o instrumento.

Número do Cliente

Número(s) de Série

Nome da Instituição

Endereço

Telefone

Cidade

Estado

CEP

Nome

Cargo

Assinatura

Data