



Resposta do Cliente

Necessário Agir Imediatamente

Nome do Produto	Número de Peça	Número de Série	UDI
Alinity ci-series System Control Module (SCM)	03R70-01	Todos	N/A
Level Sensor, Bulk Solution	04S68-01	Todos	N/A
Accessory kit, Alinity i	03R66-01 03R66-02	Todos	N/A
Accessory kit #2, Alinity c	03R69-01 03R69-02	Todos	N/A

Comunicado de Correção de Produto da Abbott Diagnósticos de 07 de março 2019

Instruções: Favor fornecer uma cópia do Comunicado de Correção de Produto em anexo ao gerente/supervisor de laboratório responsável pelos instrumentos Alinity ci-series.

O gerente/supervisor de laboratório deverá preencher as informações abaixo confirmando o recebimento do Comunicado de Correção de Produto e **enviar o Formulário de Resposta do Cliente até 21 de março de 2019 por fax (1-800-777-0051) ou e-mail QAGCO@abbott.com. Mesmo que você não possua mais o(s) instrumento(s), favor preencher e enviar o Formulário de Resposta do Cliente para que possamos atualizar nosso banco de dados.**

Agradecemos a colaboração.

Abbott Diagnósticos

Garantia de Qualidade para Operações Comerciais Globais

As medidas necessárias indicadas no Comunicado de Correção de Produto foram entendidas e implementadas?

Sim

O Sensor de Nível de Solução a Granel (04S68-01) faz parte dos kits de acessórios (03R66-01, 03R66-02 para o Alinity i e 03R69-01, 03R69-02 para o Alinity c).

Número de Lista	Número de Peça (PN)	Número de Peças Destruidas
04S68-01	30109559-102	

NOTA: O crédito será baseado no número total de peças destruídas

Não (Neste caso, um representante da Abbott entrará em contato).

Ação não aplicável. Não possuo mais o instrumento.

Número do Cliente

Número(s) de Série

Nome da Instituição

Endereço

Telefone

Cidade

Estado

CEP

Nome

Cargo

Assinatura

Data