

NOTIFICAÇÃO URGENTE DE CORREÇÃO DE PRODUTO

Mau funcionamento do luminômetro pode causar incapacidade de processar os ensaios MicroWell nos sistemas VITROS® 3600/5600 / XT 7600

Por favor, envie este formulário preenchido por fax ou digitalize-o em PDF e envie-o por e-mail para que possamos completar nossos registros no máximo até:

MAR-2019

Enviar

para: **Name**

e-Mail: **email address**

Fax: **Fax Number**

Seu nome e endereço

Verifique seu nome e endereço de correspondência:

Favor preencher esta seção se alguma dessas informações estiver desatualizada

Instituição/

Nome do contato: _____

Endereço: _____

Cidade: _____

Estado: _____

Código Postal: _____

Telefone: _____

Fax: _____

e-Mail: _____

Favor confirmar

Recebi a notificação urgente de correção do produto referente a defeitos no luminômetro ao usar sistemas VITROS 3600/5600 / XT 7600 que resultaram na incapacidade de executar os testes da MicroWell.

Entendo que é aconselhável evitar a realização de um desligamento / reinício no sistema, a menos que seja orientado por um representante da Ortho ou solicitado pelo texto de ajuda do código de condição. Além disso, se eu desligar / reiniciar e encontrar os códigos de condição do Luminômetro e não conseguir processar os ensaios da MicroWell, devo entrar em contato imediatamente com o Centro de Soluções Técnicas da Ortho Care™ para manutenção.

Nome (em letras de forma): _____

Telefone: _____

Data: _____

Comentários: _____

Assinatura:

Obrigatório
A sua assinatura confirma
que você recebeu e
compreende este
comunicado