



Resposta do Cliente

Necessário Agir Imediatamente

Descrição do Produto	Número de Lista	Número de Lote	UDI
Alinity i Total B-hCG Reagent Kit	07P5130	01178UI00	N/A

Comunicado de Correção de Produto da Abbott Diagnósticos de 1º de agosto de 2019

Instruções: Favor fornecer uma cópia do Comunicado de Correção de Produto em anexo ao gerente/supervisor de laboratório responsável pelo ensaio Alinity i Total B-hCG.

O gerente/supervisor de laboratório deverá preencher as informações abaixo confirmando o recebimento do Comunicado de Correção de Produto e **enviar o Formulário de Resposta do Cliente até 16 de agosto de 2019 por e-mail tecnovigilancia_addbr@abbott.com Mesmo que você não possua mais o(s) instrumento(s), favor preencher e enviar o Formulário de Resposta do Cliente para que possamos atualizar nosso banco de dados de clientes.**

Agradecemos a colaboração.

Abbott Diagnósticos

Garantia de Qualidade para Operações Comerciais Globais

As medidas necessárias indicadas no comunicado de Correção de Produto foram entendidas e implementadas?

Sim

Para fins de reembolso, entre em contato com seu Centro de Serviço ao Cliente local.

Não (Neste caso, um representante da Abbott entrará em contato).

Ação não aplicável. Não possuo mais o instrumento.

Número do Cliente

Número(s) de Série

Nome da Instituição

Endereço

Telefone

Cidade

Estado

CEP

Nome

Cargo

Assinatura

Data