



Registro da Qualidade - Garantia da Qualidade
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

REGISTRO

IDENTIFICAÇÃO

FASE

Mensagem de Alerta - Recolhimento

GQ055 - V.1

VIGENTE

INFORMAÇÕES DE REGISTRO

Título do Registro: RQ GQ 055 - Mensagem de Alerta - Recolhimento - Filtro de carótida Lote: 036613

Versão do Registro: 3

Fase do Registro: Consulta

Aprovado por: Raphael Pimenta
Luana Pértile

Data de aprovação: 18/10/2019

COMUNICADO DE RECOLHIMENTO – AÇÃO DE CAMPO

Prezado Cliente,

A SCITECH Produtos Médicos Ltda. informa a ação e recolhimento (Recall) do Produto FILTRO DE CAROTIDA 6MM - SCITECH, Registro Anvisa 10413960160, Código 113751 e Lote 036613 devido apresentar um possível desvio dimensional em relação a descrição da rotulagem.

Produto	Descrição	Quantidade	Lote
113751	FILTRO DE CAROTIDA 6MM - SCITECH	50	036613

Sendo assim, estamos solicitando a imediata suspensão na utilização do material.

Nossa Equipe Comercial e/ou Responsáveis pelo recolhimento entrarão em contato para orientar quanto a logística reversa.

Daremos continuidade a investigação das possíveis causas do problema. Lamentamos por qualquer inconveniente que esta ação possa causar e apreciamos sua compreensão, uma vez que a iniciativa do comunicado é para garantir a segurança e a satisfação de nossos clientes.

Atenciosamente,

Raphael Pimenta
Luana Pértile

Aparecida de Goiânia, 18/10/2019.

Revisado por: Doni Silva

Próxima revisão: 02/05/2021

Aprovado por: Luana Pértile

Aprovado em: 02/05/2019