

Belo Horizonte, 17 de junho de 2020.

ALERTA PARA CORREÇÃO DO LOTE E VALIDADE NA ROTULAGEM DE PRODUTO PARA SAÚDE

Aos

Usuários, clientes e distribuidores

Produto: One Step COVID-2019 Test

Lote: W19500337

Número Registro ANVISA: 80537410048

A empresa Celer Biotecnologia SA, detentora do registro do produto One Step COVID-2019 Test junto à ANVISA sob o número: MS80537410048, vem através desta, notificar aos distribuidores, clientes e usuários que durante o processo de nacionalização do One Step COVID-2019 Test, houve um erro na digitação de um lote do produto e data de validade na rotulagem do mesmo.

Na rotulagem onde lê-se: W19500341 e validade: 25/03/2021 (destaque azul);

confirmar se o lote e data de validade correspondem ao mesmo lote e validade impressos diretamente na embalagem secundária pela fabricante (destaque vermelho).

Veja a imagem abaixo:



Se os lotes forem diferentes gentileza considerar o lote que está impresso na embalagem (destaque em vermelho)

onde lê-se: W19500341 e validade: 25/03/2021 (rótulo)

leia-se: W19500337, validade: 24/03/2021 (impressão direta na embalagem)

A Celer Biotecnologia SA irá entrar em contato com os clientes que adquiriram o produto cujo lote foi digitado incorretamente para realizar a rotulagem correta.

A correção da rotulagem de produtos ainda em estoque também será realizada.

Informamos ainda que os erros de digitação apresentados na rotulagem não afetam a qualidade, aplicação e segurança do produto, entretanto dificulta a sua rastreabilidade.

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o ONE STEP COVID-2019 Test, gentileza entrar em contato através do Help Line Celer One Step COVID-2019 Test através do telefone 3003-8385, 7 dias por semana entre 6 e 20 horas, ou através do e-mail: sac@celer.ind.br.

Cordialmente,

MARIANA DOS SANTOS ROMUALDO
RESPONSÁVEL TÉCNICA
CELER BIOTECNOLOGIA S/A