



Cascavel, 08 de dezembro de 2020.

Aos Clientes Medix Brasil,

COMUNICADO – 01

Recolhimento no Mercado do produto produzido pelo fabricante H-Guard (China) Co., Ltd, em virtude do Resultado Insatisfatório no ensaio de sensibilidade e especificidade (Laudo 2780 CP1/2020 Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde – INCQS) onde na Instrução de Uso do produto informa que a especificidade no resultado é de 99,7% e de acordo com o laudo do INCQS o resultado foi de 96,9%. Sendo assim, a empresa Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda, inscrita no CNPJ 10.268.780/0001-09, vem informar que está sendo realizada a Ação de Campo para o recolhimento no mercado do produto em questão.

Solicitamos que, nos informe sobre o estoque atual deste lote na empresa, até o dia 11/12/2020 através do e-mail sac@medixbrasil.com.br.

Atenciosamente

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda

LOTES AÇÃO DE CAMPO:

NOVEL CORONAVIRUS COVID-19 IGM/IGG – Lote 20200507