

## Anexo A

### Lista de equipos não DEHP da Baxter

Observe que este documento está sujeito a alterações à medida que a Baxter avalia as configurações de equipo de administração adicionais com a Colleague P1.7 LVP que utiliza tubulação de bomba não-DEHP. A Baxter emitirá uma notificação por escrito para informar os clientes que incluiu uma cópia do adendo no Manual. As configurações do equipo de administração não-DEHP que foram avaliados anteriormente com o Colleague P1.7 LVP estão em negrito.

<b>Código do Produto</b>	<b>Descrição do produto</b>	<b>Verificado?</b>
AMC9606	Polyethylene (PE) lined tubing set	Não
<b>AMC9607C</b>	<b>Light Sensitive Drugs Set</b>	<b>Sim</b>
<b>AMC9609</b>	<b>Blood or Blood Components Set</b>	<b>Sim</b>
<b>AMC9611G</b>	<b>Solution Admin Set</b>	<b>Sim</b>
AMC9627	Vented paclitaxel set	Não
AMC9627S	Vented paclitaxel set with CLEARLINK	Não
<b>AMC9667</b>	<b>Solution Administration Set with CLEARLINK</b>	<b>Sim</b>
<b>AMC9668</b>	<b>CLEARLINK system Continu-flo solution set</b>	<b>Sim</b>
AMC9694	Buretrol IV solution administration set	Não
VMC9626	Syringe Adaptor Set	Não