



Acompanhamento de Notificação Emitido em Março 2021

*Subconjunto de marcapassos Assurity™ E Endurity™
Modelos: PM1152, PM1160, PM1172, PM1240, PM1272, PM2152,
PM2160, PM2172, PM2240, PM2260, PM2272
Mistura incompleta intermitente de epóxi durante a fabricação*

FORMULÁRIO DE CONHECIMENTO DO DISTRIBUIDOR

I hereby acknowledge receipt of the instructions and associated materials necessary for the proper and timely implementation of this field action.

Me comprometo a traduzir o Aviso de segurança de campo nas seguintes versões de idioma:Não Aplicável.....

Estamos cientes de que a versão traduzida deve ser o mais próximo possível do texto original em inglês. Não alteraremos a data indicada na versão em inglês da carta.

Nome do Distribuidor:	
País:
Data (DD/MM/AAAA)
Assinatura:

Preencha este formulário após o recebimento e retorne ao seu contato de Qualidade (flavia.tardelli@abbott.com).