GUIA RÁPIDO PARA O PACIENTE

INTELLIS™MODELO 97755
MANUTENÇÃO E GUIA DE CUIDADOS

O seu neuroestimulador implantável da Medtronic precisa de uma recarga para manter a terapia ininterrupta. As informações a seguir o ajudarão a manter e a cuidar do seu equipamento. Manuseie com precaução e cuidado. Revise e consulte o rótulo do controlador e do carregador que são entregues junto com o seu dispositivo para obter instruções adicionais, cuidados e como se comunicar com a Medtronic, caso seja necessário.

COMPREENDENDO AS DIFERENTES PARTES DO SEU CARREGADOR



FAÇA

- Use o cinto quando recarregar o implante. Ele está projetado para suportar e proteger o carregador e o cabo.
- Se o cinto não estiver acessível, coloque um tecido transpirável (como um pano de algodão) entre a sua pele e o carregador.
- Se o carregador estiver muito quente, reduza a velocidade de carga e faça pausas durante as sessões de recarga prolongadas. Inspecione periodicamente o cabo em busca de danos visíveis.
- Mantenha o seu carregador fora do alcance das crianças e dos animais de estimação.
- Verifique se há irritação ou vermelhidão da pele durante a recarga.

NÃO FAÇA

- NÃO se sente nem se deite sobre o carregador. Não aplique pressão excessiva sobre o carregador.
- NÃO deixe cair, bater e não pise nos componentes.
- NÃO enrole, nem retorça o cabo ao redor do carregador.
- NÃO puxe o cabo.
- Ao ajustar o local do carregador, prenda e ajuste o cinto.

Medtronic