

Tabela 1: FSCA 5333-1 - Dados de Registro ANVISA Refs. Impacto BR SIM

REF	Lotes	Nome dos produtos	Processos ANVISA	Notificações / Registros	Classes de Risco	Prazos de validade aprovados - ANVISA	Data de validade real	Validade Revisada
30221	1008851780	VIDAS® RUB IGG II 60 TESTS	25000.024378/97-17	10158120298	III	12 MESES	8-jul-22	8-jun-22
30237	1008854070	VIDAS® EBV VCA IGM 30 TESTS	25351.587863/2009-23	10158120638	II	12 MESES	19-jun-22	27-May-22
30407	1008781450	VIDAS® FSH 60 TESTS	25000.018816/95-46	10158120121	II	12 MESES	3-jun-22	21-Dec-21
30407	1008860760	VIDAS® FSH 60 TESTS	25000.018816/95-46	10158120121	II	12 MESES	8-jul-22	31-jan-22
30411	1008854100	VIDAS® FERRITINE 60 TESTS	25000.018629/95-07	10158120134	II	12 MESES	8-jul-22	8-Feb-22
30420	1008856170	VIDAS® B2 MICROGLOBULIN 30 TESTS	25000.037342/96-21	10158120205	II	12 MESES	7-jul-22	6-Feb-22
30428	1008842800	VIDAS® TPSA 60 TESTS	25351.873851/2008-19	10158120617	III	12 MESES	23-jun-22	31-jan-22
30431	1008872270	VIDAS® ESTRADIOL II 60 TESTS	25000.030070/96-75	10158120172	II	12 MESES	19-jul-22	14-jun-22
30440	1008852160	VIDAS® FPSA 30 TESTS	25000.018943/99-97	10158120355	III	12 MESES	1-jul-22	31-jan-22
30453	1008888060	VIDAS® CEA (S) 60 TESTS	25000.030062/96-47	10158120176	III	12 MESES	26-jul-22	22-Feb-22
30462	1008866080	VIDAS® ANTI-TG 30 T	25351.261091/2012-36	10158120660	II	15 MESES	3-Oct-22	23-jun-22
30463	1008892600	VIDAS® 25-OH VITAMINE D TOTAL 60T	25351.668241/2013-56	10158120676	II	15 MESES	25-Oct-22	30-jun-22
423833	1008851220	VIDAS® SARS-COV-2 IgM (9COM) 60T	25351.592332/2020-19	10158120729	III	06 MESES APÓS A FABRICAÇÃO	5-jul-22	24-jan-22