

Tabela 1: FSCA 5333-1 - Dados de Registro ANVISA Refs. Impacto BR SIM

Recolhimento no Brasil.

**

Produtos em PSS em outros países

**

| REF | Lotes | Nome dos produtos | Notificações / Registros | Classes de Risco | Prazos de validade aprovados - ANVISA | Data de validade real | Validade Revisada | Brasil? |
|----------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------|
| 30400 | 1008572270** | VIDAS® TSH 60 TESTS | 10158120126 | II | 12 MESES | 8-Feb-22 | 6-Sep-21 | Sim |
| 30407 | 1008580750** | VIDAS® FSH 60 TESTS | 10158120121 | II | 12 MESES | 8-Feb-22 | 19-Sep-21 | Sim |
| 30429 | 1008686710** | VIDAS® CA 15-3 30 TESTS | 10158120332 | III | 12 MESES | 9-Apr-22 | 2-nov-21 | Sim |
| 30440 | 1008699150** | VIDAS® FPSA 30 TESTS | 10158120355 | III | 12 MESES | 14-Apr-22 | 2-nov-21 | Sim |
| 423834 | 1008685700** | VIDAS® SARS-COV-2 IgG (9COG) 60T | 10158120728 | III | 12 MESES | 14-Apr-22 | 2-nov-21 | Sim |
| 30115 | 1008662180** | VIDAS® PROTEIN C 30 TESTS | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 19-mar-22 | 18-Oct-21 | Não |
| 30115 | 1008571770** | VIDAS® PROTEIN C 30 TESTS | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 5-Feb-22 | 6-Sep-21 | Não |
| 30115 | 1008801740 | VIDAS® PROTEIN C 30 TESTS | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 26-May-22 | 12-Dec-21 | Não |
| 30115 | 1008881620 | VIDAS® PROTEIN C 30 TESTS | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 19-jul-22 | 12-Feb-22 | Não |
| 30218 | 1008769120 | VIDAS® MUMPS IGG 60 TESTS | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 22-Apr-22 | 19-Apr-22 | Não |
| 30219 | 1008890110 | VIDAS® MEASLES IGG 60 TESTS | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 16-jun-22 | 14-jun-22 | Não |
| 30221 | 1008566150 | VIDAS® RUB IGG II 60 TESTS | 10158120298 | III | 12 MESES | 2-Feb-22 | 12-jan-22 | Sim |
| 30221 | 1008566660 | VIDAS® RUB IGG II 60 TESTS | 10158120298 | III | 12 MESES | 2-Feb-22 | 12-jan-22 | Não |
| 30221 | 1008611770 | VIDAS® RUB IGG II 60 TESTS | 10158120298 | III | 12 MESES | 1-mar-22 | 9-Feb-22 | Sim |
| 30221 | 1008701600 | VIDAS® RUB IGG II 60 TESTS | 10158120298 | III | 12 MESES | 22-Apr-22 | 25-mar-22 | Sim |
| 30221 | 1008809720 | VIDAS® RUB IGG II 60 TESTS | 10158120298 | III | 12 MESES | 15-jun-22 | 17-May-22 | Sim |
| 30221 | 1008851780 | VIDAS® RUB IGG II 60 TESTS | 10158120298 | III | 12 MESES | 8-jul-22 | 8-jun-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 30222 | 1008721750 | VIDAS® TOXO IGG AVIDITY 30 TESTS | 10158120343 | IV | 12 MESES | 23-mar-22 | 10-mar-22 | Sim |
| 30222 | 1008861600 | VIDAS® TOXO IGG AVIDITY 30 TESTS | 10158120343 | IV | 12 MESES | 22-jun-22 | 8-jun-22 | Não |
| 30222-01 | 1008861590 | VIDAS® TOXO IGG AVIDITY 30 TESTS | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 22-jun-22 | 8-jun-22 | Não |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-----|
| 30226 | 1008694980 | VIDAS® RUB IGG 60 TESTS (Ref. 30226) | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 15-Apr-22 | 10-mar-22 | Não |
| 30226 | 1008700260 | VIDAS® RUB IGG 60 TESTS (Ref. 30226) | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 15-Apr-22 | 10-mar-22 | Não |
| 30226 | 1008828980 | VIDAS® RUB IGG 60 TESTS (Ref. 30226) | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 16-jun-22 | 26-May-22 | Não |
| 30235 | 1008760410 | VIDAS® EBNA IGG 30 TESTS | 10158120636 | II | 12 MESES | 20-May-22 | 28-Apr-22 | Não |
| 30235 | 1008908880 | VIDAS® EBNA IGG 30 TESTS | 10158120636 | II | 12 MESES | 2-Aug-22 | 13-jul-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 30236 | 1008731540 | VIDAS® EBV VCA.EA IGG 30 TESTS | 10158120637 | II | 12 MESES | 4-May-22 | 7-Apr-22 | Sim |
| 30236 | 1008908700 | VIDAS® EBV VCA.EA IGG 30 TESTS | 10158120637 | II | 12 MESES | 2-Aug-22 | 13-jul-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 30237 | 1008733860 | VIDAS® EBV VCA IGM 30 TESTS | 10158120638 | II | 12 MESES | 15-Apr-22 | 25-mar-22 | Não |
| 30237 | 1008854070 | VIDAS® EBV VCA IGM 30 TESTS | 10158120638 | II | 12 MESES | 19-jun-22 | 27-May-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 30305 | 1008789580 | VIDAS® HBE.ANTI-HBE 30 TESTS | 10158120320 | IV | 12 MESES | 19-May-22 | 19-Apr-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 30312 | 1008589520 | VIDAS® ANTI-HAV TOTAL 30 TESTS | 10158120259 | III | 12 MESES | 16-Feb-22 | 25-jan-22 | Sim |
| 30312 | 1008762100 | VIDAS® ANTI-HAV TOTAL 30 TESTS | 10158120259 | III | 12 MESES | 21-May-22 | 19-Apr-22 | Sim |
| 30312 | 1008920480 | VIDAS® ANTI-HAV TOTAL 30 TESTS | 10158120259 | III | 12 MESES | 17-Aug-22 | 24-jul-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 30319 | 1008694220** | VIDAS® LYME IGM 60 TESTS | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 13-Apr-22 | 2-nov-21 | Não |
| 30319 | 1008855250 | VIDAS® LYME IGM 60 TESTS | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 6-jul-22 | 18-jan-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 30320 | 1008800180 | VIDAS® LYME IGG 60 TESTS | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 14-jun-22 | 9-jan-22 | Não |
| 30320 | 1008900310 | VIDAS® LYME IGG 60 TESTS | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 30-jul-22 | 15-Feb-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 30400 | 1008581260** | VIDAS® TSH 60 TESTS | 10158120126 | II | 12 MESES | 17-Feb-22 | 6-Sep-21 | Não |
| 30400 | 1008794370 | VIDAS® TSH 60 TESTS | 10158120126 | II | 12 MESES | 10-jun-22 | 9-jan-22 | Não |
| 30400 | 1008784130 | VIDAS® TSH 60 TESTS | 10158120126 | II | 12 MESES | 29-May-22 | 9-jan-22 | Não |
| 30400 | 1008693180** | VIDAS® TSH 60 TESTS | 10158120126 | II | 12 MESES | 19-Apr-22 | 14-nov-21 | Não |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---------------------|-------------|----|----------|-----------|-----------|-----|
| 30400 | 1008708180 | VIDAS® TSH 60 TESTS | 10158120126 | II | 12 MESES | 21-Apr-22 | 27-nov-21 | Não |
| 30400 | 1008727020 | VIDAS® TSH 60 TESTS | 10158120126 | II | 12 MESES | 29-Apr-22 | 27-nov-21 | Sim |
| 30400 | 1008800070 | VIDAS® TSH 60 TESTS | 10158120126 | II | 12 MESES | 14-jun-22 | 9-jan-22 | Não |
| 30400 | 1008825270 | VIDAS® TSH 60 TESTS | 10158120126 | II | 12 MESES | 28-jun-22 | 19-jan-22 | Não |
| 30400 | 1008840210 | VIDAS® TSH 60 TESTS | 10158120126 | II | 12 MESES | 2-jul-22 | 24-jan-22 | Sim |
| 30400 | 1008864740 | VIDAS® TSH 60 TESTS | 10158120126 | II | 12 MESES | 16-jul-22 | 12-Feb-22 | Não |
| 30400 | 1008886320 | VIDAS® TSH 60 TESTS | 10158120126 | II | 12 MESES | 26-jul-22 | 22-Feb-22 | Não |
| 30400 | 1008903990 | VIDAS® TSH 60 TESTS | 10158120126 | II | 12 MESES | 9-Aug-22 | 18-mar-22 | Não |
| 30400 | 1008923240 | VIDAS® TSH 60 TESTS | 10158120126 | II | 12 MESES | 17-Aug-22 | 7-mar-22 | Não |
| 30400 | 1008926570 | VIDAS® TSH 60 TESTS | 10158120126 | II | 12 MESES | 20-Aug-22 | 21-mar-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 30402 | 1008674380 | VIDAS® FT3 60 TESTS | 10158120185 | II | 12 MESES | 6-Apr-22 | 3-mar-22 | Não |
| 30402 | 1008584200 | VIDAS® FT3 60 TESTS | 10158120185 | II | 12 MESES | 16-Feb-22 | 26-jan-22 | Não |
| 30402 | 1008615890 | VIDAS® FT3 60 TESTS | 10158120185 | II | 12 MESES | 8-mar-22 | 3-Feb-22 | Não |
| 30402 | 1008704980 | VIDAS® FT3 60 TESTS | 10158120185 | II | 12 MESES | 19-Apr-22 | 25-mar-22 | Não |
| 30402 | 1008747690 | VIDAS® FT3 60 TESTS | 10158120185 | II | 12 MESES | 5-May-22 | 19-Apr-22 | Não |
| 30402 | 1008775680 | VIDAS® FT3 60 TESTS | 10158120185 | II | 12 MESES | 28-May-22 | 4-May-22 | Não |
| 30402 | 1008782770 | VIDAS® FT3 60 TESTS | 10158120185 | II | 12 MESES | 3-jun-22 | 4-May-22 | Não |
| 30402 | 1008845140 | VIDAS® FT3 60 TESTS | 10158120185 | II | 12 MESES | 2-jul-22 | 8-jun-22 | Não |
| 30402 | 1008881770 | VIDAS® FT3 60 TESTS | 10158120185 | II | 12 MESES | 26-jul-22 | 30-jun-22 | Não |
| 30402 | 1008914270 | VIDAS® FT3 60 TESTS | 10158120185 | II | 12 MESES | 12-Aug-22 | 30-jun-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 30403 | 1008612240 | VIDAS® T3 60 TESTS | 10158120148 | II | 12 MESES | 2-mar-22 | 25-jan-22 | Não |
| 30403 | 1008589770 | VIDAS® T3 60 TESTS | 10158120148 | II | 12 MESES | 18-Feb-22 | 25-jan-22 | Não |
| 30403 | 1008637510 | VIDAS® T3 60 TESTS | 10158120148 | II | 12 MESES | 17-mar-22 | 23-Feb-22 | Sim |
| 30403 | 1008666330 | VIDAS® T3 60 TESTS | 10158120148 | II | 12 MESES | 25-mar-22 | 3-mar-22 | Não |
| 30403 | 1008671650 | VIDAS® T3 60 TESTS | 10158120148 | II | 12 MESES | 2-Apr-22 | 3-mar-22 | Não |
| 30403 | 1008687730 | VIDAS® T3 60 TESTS | 10158120148 | II | 12 MESES | 9-Apr-22 | 22-mar-22 | Não |
| 30403 | 1008706040 | VIDAS® T3 60 TESTS | 10158120148 | II | 12 MESES | 22-Apr-22 | 25-mar-22 | Não |
| 30403 | 1008720580 | VIDAS® T3 60 TESTS | 10158120148 | II | 12 MESES | 4-May-22 | 7-Apr-22 | Não |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|----------------------------|----------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-----|
| 30403 | 1008739140 | VIDAS® T3 60 TESTS | 10158120148 | II | 12 MESES | 10-May-22 | 19-Apr-22 | Sim |
| 30403 | 1008770970 | VIDAS® T3 60 TESTS | 10158120148 | II | 12 MESES | 3-jun-22 | 28-Apr-22 | Não |
| 30403 | 1008838990 | VIDAS® T3 60 TESTS | 10158120148 | II | 12 MESES | 2-jul-22 | 8-jun-22 | Sim |
| 30403 | 1008856820 | VIDAS® T3 60 TESTS | 10158120148 | II | 12 MESES | 9-jul-22 | 14-jun-22 | Não |
| 30403 | 1008882160 | VIDAS® T3 60 TESTS | 10158120148 | II | 12 MESES | 21-jul-22 | 20-jun-22 | Não |
| 30403 | 1008897120 | VIDAS® T3 60 TESTS | 10158120148 | II | 12 MESES | 5-Aug-22 | 30-jun-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 30404 | 1008679630 | VIDAS® T4 60 TESTS | 10158120138 | II | 12 MESES | 6-Apr-22 | 10-mar-22 | Sim |
| 30404 | 1008598120 | VIDAS® T4 60 TESTS | 10158120138 | II | 12 MESES | 19-Feb-22 | 25-jan-22 | Sim |
| 30404 | 1008735990 | VIDAS® T4 60 TESTS | 10158120138 | II | 12 MESES | 5-May-22 | 19-Apr-22 | Sim |
| 30404 | 1008815190 | VIDAS® T4 60 TESTS | 10158120138 | II | 12 MESES | 16-jun-22 | 27-May-22 | Não |
| 30404 | 1008843810 | VIDAS® T4 60 TESTS | 10158120138 | II | 12 MESES | 2-jul-22 | 14-jun-22 | Não |
| 30404 | 1008905920 | VIDAS® T4 60 TESTS | 10158120138 | II | 12 MESES | 10-Aug-22 | 29-jun-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 30406 | 1008699160** | VIDAS® LH 60 TESTS | 10158120127 | II | 12 MESES | 19-Apr-22 | 17-nov-21 | Não |
| 30406 | 1008813780 | VIDAS® LH 60 TESTS | 10158120127 | II | 12 MESES | 14-jun-22 | 9-jan-22 | Não |
| 30406 | 1008848620 | VIDAS® LH 60 TESTS | 10158120127 | II | 12 MESES | 1-jul-22 | 5-Feb-22 | Não |
| 30406-01 | 1008848600 | VIDAS® LH 60 TESTS | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 1-jul-22 | 5-Feb-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 30407 | 1008660520** | VIDAS® FSH 60 TESTS | 10158120121 | II | 12 MESES | 22-mar-22 | 18-Oct-21 | Não |
| 30407 | 1008730980 | VIDAS® FSH 60 TESTS | 10158120121 | II | 12 MESES | 4-May-22 | 30-nov-21 | Não |
| 30407 | 1008781450 | VIDAS® FSH 60 TESTS | 10158120121 | II | 12 MESES | 3-jun-22 | 21-Dec-21 | Não |
| 30407 | 1008794330 | VIDAS® FSH 60 TESTS | 10158120121 | II | 12 MESES | 3-jun-22 | 21-Dec-21 | Não |
| 30407 | 1008860760 | VIDAS® FSH 60 TESTS | 10158120121 | II | 12 MESES | 8-jul-22 | 31-jan-22 | Não |
| 30407-01 | 1008781470 | VIDAS® FSH 60 TESTS | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 3-jun-22 | 21-Dec-21 | Não |
| | | | | | | | | |
| 30410 | 1008661910** | VIDAS® PROLACTINE 60 TESTS | 10158120123 | II | 12 MESES | 22-mar-22 | 26-Oct-21 | Não |
| 30410 | 1008753000 | VIDAS® PROLACTINE 60 TESTS | 10158120123 | II | 12 MESES | 18-May-22 | 19-Dec-21 | Não |
| 30410 | 1008757170 | VIDAS® PROLACTINE 60 TESTS | 10158120123 | II | 12 MESES | 18-May-22 | 19-Dec-21 | Sim |
| 30410 | 1008829010 | VIDAS® PROLACTINE 60 TESTS | 10158120123 | II | 12 MESES | 28-jun-22 | 25-jan-22 | Não |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|----------------------------------|-------------|-----|----------|-----------|-----------|-----|
| 30420 | 1008595270** | VIDAS® B2 MICROGLOBULIN 30 TESTS | 10158120205 | II | 12 MESES | 12-Feb-22 | 20-Sep-21 | Não |
| 30420 | 1008708170 | VIDAS® B2 MICROGLOBULIN 30 TESTS | 10158120205 | II | 12 MESES | 20-Apr-22 | 17-nov-21 | Sim |
| 30420 | 1008856170 | VIDAS® B2 MICROGLOBULIN 30 TESTS | 10158120205 | II | 12 MESES | 7-jul-22 | 6-Feb-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 30426 | 1008594710** | VIDAS® CA 125 II 30 TESTS | 10158120293 | III | 12 MESES | 26-jan-22 | 19-Sep-21 | Não |
| 30426 | 1008684500** | VIDAS® CA 125 II 30 TESTS | 10158120293 | III | 12 MESES | 24-mar-22 | 2-nov-21 | Não |
| 30426 | 1008908500 | VIDAS® CA 125 II 30 TESTS | 10158120293 | III | 12 MESES | 21-jul-22 | 7-mar-22 | Não |
| 30426 | 1008884360 | VIDAS® CA 125 II 30 TESTS | 10158120293 | III | 12 MESES | 16-jul-22 | 12-Feb-22 | Sim |
| | | | | | | | | |
| 30427 | 1008621790** | VIDAS® CA 19-9 30 TESTS | 10158120290 | III | 12 MESES | 17-Feb-22 | 4-Oct-21 | Não |
| 30427 | 1008755840 | VIDAS® CA 19-9 30 TESTS | 10158120290 | III | 12 MESES | 11-May-22 | 12-Dec-21 | Não |
| 30427 | 1008816890 | VIDAS® CA 19-9 30 TESTS | 10158120290 | III | 12 MESES | 25-May-22 | 19-jan-22 | Não |
| 30427 | 1008928460 | VIDAS® CA 19-9 30 TESTS | 10158120290 | III | 12 MESES | 8-jul-22 | 6-Feb-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 30428 | 1008678810** | VIDAS® TPSA 60 TESTS | 10158120617 | III | 12 MESES | 26-mar-22 | 2-nov-21 | Não |
| 30428 | 1008616040** | VIDAS® TPSA 60 TESTS | 10158120617 | III | 12 MESES | 22-Feb-22 | 28-Sep-21 | Não |
| 30428 | 1008757280 | VIDAS® TPSA 60 TESTS | 10158120617 | III | 12 MESES | 4-May-22 | 12-Dec-21 | Sim |
| 30428 | 1008705160** | VIDAS® TPSA 60 TESTS | 10158120617 | III | 12 MESES | 14-Apr-22 | 17-nov-21 | Não |
| 30428 | 1008830760 | VIDAS® TPSA 60 TESTS | 10158120617 | III | 12 MESES | 22-jun-22 | 24-jan-22 | Sim |
| 30428 | 1008842800 | VIDAS® TPSA 60 TESTS | 10158120617 | III | 12 MESES | 23-jun-22 | 31-jan-22 | Não |
| 30428 | 1008930910 | VIDAS® TPSA 60 TESTS | 10158120617 | III | 12 MESES | 6-Aug-22 | 18-mar-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 30429 | 1008835210 | VIDAS® CA 15-3 30 TESTS | 10158120332 | III | 12 MESES | 29-jun-22 | 18-jan-22 | Não |
| 30429 | 1008868770 | VIDAS® CA 15-3 30 TESTS | 10158120332 | III | 12 MESES | 20-jul-22 | 6-Feb-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 30431 | 1008671380 | VIDAS® ESTRADIOL II 60 TESTS | 10158120172 | II | 12 MESES | 29-mar-22 | 3-mar-22 | Não |
| 30431 | 1008757870 | VIDAS® ESTRADIOL II 60 TESTS | 10158120172 | II | 12 MESES | 18-May-22 | 19-Apr-22 | Sim |
| 30431 | 1008856950 | VIDAS® ESTRADIOL II 60 TESTS | 10158120172 | II | 12 MESES | 22-jun-22 | 27-May-22 | Sim |
| 30431 | 1008872270 | VIDAS® ESTRADIOL II 60 TESTS | 10158120172 | II | 12 MESES | 19-jul-22 | 14-jun-22 | Não |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-----|
| 30431-01 | 1008757880 | VIDAS® ESTRADIOL II 60 TESTS | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 18-May-22 | 19-Apr-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 30436 | 1008622630 | VIDAS® VWF 30 TESTS | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 9-mar-22 | 9-Feb-22 | Não |
| 30436 | 1008939670 | VIDAS® VWF 30 TESTS | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 10-Aug-22 | 29-jun-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 30440 | 1008654860** | VIDAS® FPSA 30 TESTS | 10158120355 | III | 12 MESES | 18-mar-22 | 26-Oct-21 | Não |
| 30440 | 1008605070** | VIDAS® FPSA 30 TESTS | 10158120355 | III | 12 MESES | 16-Feb-22 | 28-Sep-21 | Não |
| 30440 | 1008763720 | VIDAS® FPSA 30 TESTS | 10158120355 | III | 12 MESES | 3-May-22 | 12-Dec-21 | Sim |
| 30440 | 1008852160 | VIDAS® FPSA 30 TESTS | 10158120355 | III | 12 MESES | 1-jul-22 | 31-jan-22 | Não |
| 30440 | 1008931040 | VIDAS® FPSA 30 TESTS | 10158120355 | III | 12 MESES | 9-Aug-22 | 18-mar-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 30441 | 1008843310 | VIDAS® TSH 3 60 TESTS | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 25-jun-22 | 5-Feb-22 | Não |
| 30441 | 1008843340 | VIDAS® TSH 3 60 TESTS | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 25-jun-22 | 5-Feb-22 | Não |
| 30441 | 1008891670 | VIDAS® TSH 3 60 TESTS | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 21-jul-22 | 27-Feb-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 30453 | 1008626550** | VIDAS® CEA (S) 60 TESTS | 10158120176 | III | 12 MESES | 8-mar-22 | 4-Oct-21 | Não |
| 30453 | 1008705700** | VIDAS® CEA (S) 60 TESTS | 10158120176 | III | 12 MESES | 20-Apr-22 | 17-nov-21 | Sim |
| 30453 | 1008827310 | VIDAS® CEA (S) 60 TESTS | 10158120176 | III | 12 MESES | 21-jun-22 | 19-jan-22 | Não |
| 30453 | 1008888060 | VIDAS® CEA (S) 60 TESTS | 10158120176 | III | 12 MESES | 26-jul-22 | 22-Feb-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 30459 | 1008576580 | VIDAS® FT4N 60 TESTS | 10158120659 | II | 12 MESES | 10-Feb-22 | 25-jan-22 | Não |
| 30459 | 1008622440 | VIDAS® FT4N 60 TESTS | 10158120659 | II | 12 MESES | 5-mar-22 | 9-Feb-22 | Não |
| 30459 | 1008652140 | VIDAS® FT4N 60 TESTS | 10158120659 | II | 12 MESES | 22-mar-22 | 23-Feb-22 | Não |
| 30459 | 1008589800 | VIDAS® FT4N 60 TESTS | 10158120659 | II | 12 MESES | 10-Feb-22 | 25-jan-22 | Sim |
| 30459 | 1008695620 | VIDAS® FT4N 60 TESTS | 10158120659 | II | 12 MESES | 13-Apr-22 | 25-mar-22 | Não |
| 30459 | 1008714720 | VIDAS® FT4N 60 TESTS | 10158120659 | II | 12 MESES | 23-Apr-22 | 4-Apr-22 | Não |
| 30459 | 1008791570 | VIDAS® FT4N 60 TESTS | 10158120659 | II | 12 MESES | 7-jun-22 | 17-May-22 | Sim |
| 30459 | 1008817980 | VIDAS® FT4N 60 TESTS | 10158120659 | II | 12 MESES | 14-jun-22 | 17-May-22 | Sim |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------------------------------|-------------|----|----------|-----------|-----------|-----|
| 30459 | 1008827280 | VIDAS® FT4N 60 TESTS | 10158120659 | II | 12 MESES | 22-jun-22 | 1-jun-22 | Não |
| 30459 | 1008852180 | VIDAS® FT4N 60 TESTS | 10158120659 | II | 12 MESES | 8-jul-22 | 14-jun-22 | Sim |
| 30459 | 1008888200 | VIDAS® FT4N 60 TESTS | 10158120659 | II | 12 MESES | 27-jul-22 | 30-jun-22 | Sim |
| 30459 | 1008918000 | VIDAS® FT4N 60 TESTS | 10158120659 | II | 12 MESES | 12-Aug-22 | 27-jul-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 30461 | 1008772240 | VIDAS® ANTI-TPO 30 T | 10158120661 | II | 24 MESES | 21-May-23 | 26-Apr-22 | Não |
| 30461 | 1008845910 | VIDAS® ANTI-TPO 30 T | 10158120661 | II | 24 MESES | 24-jun-23 | 2-jun-22 | Sim |
| 30461 | 1008857460 | VIDAS® ANTI-TPO 30 T | 10158120661 | II | 24 MESES | 5-jul-23 | 13-jun-22 | Não |
| 30461 | 1008926950 | VIDAS® ANTI-TPO 30 T | 10158120661 | II | 24 MESES | 5-Aug-23 | 28-jul-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 30462 | 1008748270 | VIDAS® ANTI-TG 30 T | 10158120660 | II | 15 MESES | 2-Aug-22 | 4-Apr-22 | Sim |
| 30462 | 1008770010 | VIDAS® ANTI-TG 30 T | 10158120660 | II | 15 MESES | 15-Aug-22 | 9-May-22 | Não |
| 30462 | 1008777840 | VIDAS® ANTI-TG 30 T | 10158120660 | II | 15 MESES | 31-Aug-22 | 26-Apr-22 | Não |
| 30462 | 1008862600 | VIDAS® ANTI-TG 30 T | 10158120660 | II | 15 MESES | 22-Sep-22 | 13-jun-22 | Sim |
| 30462 | 1008866080 | VIDAS® ANTI-TG 30 T | 10158120660 | II | 15 MESES | 3-Oct-22 | 23-jun-22 | Não |
| 30462 | 1008904010 | VIDAS® ANTI-TG 30 T | 10158120660 | II | 15 MESES | 20-Oct-22 | 5-jul-22 | Não |
| 30462 | 1008924530 | VIDAS® ANTI-TG 30 T | 10158120660 | II | 15 MESES | 3-nov-22 | 5-jul-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 30463 | 1008764090 | VIDAS® 25-OH VITAMINE D TOTAL 60T | 10158120676 | II | 15 MESES | 25-Aug-22 | 19-Apr-22 | Sim |
| 30463 | 1008609060 | VIDAS® 25-OH VITAMINE D TOTAL 60T | 10158120676 | II | 15 MESES | 25-May-22 | 9-Feb-22 | Não |
| 30463 | 1008676430 | VIDAS® 25-OH VITAMINE D TOTAL 60T | 10158120676 | II | 15 MESES | 30-jun-22 | 3-mar-22 | Não |
| 30463 | 1008693940 | VIDAS® 25-OH VITAMINE D TOTAL 60T | 10158120676 | II | 15 MESES | 18-jul-22 | 10-mar-22 | Não |
| 30463 | 1008717350 | VIDAS® 25-OH VITAMINE D TOTAL 60T | 10158120676 | II | 15 MESES | 28-jul-22 | 7-Apr-22 | Não |
| 30463 | 1008747560 | VIDAS® 25-OH VITAMINE D TOTAL 60T | 10158120676 | II | 15 MESES | 9-Aug-22 | 19-Apr-22 | Não |
| 30463 | 1008772230 | VIDAS® 25-OH VITAMINE D TOTAL 60T | 10158120676 | II | 15 MESES | 31-Aug-22 | 28-Apr-22 | Sim |
| 30463 | 1008776690 | VIDAS® 25-OH VITAMINE D TOTAL 60T | 10158120676 | II | 15 MESES | 25-Aug-22 | 19-Apr-22 | Não |
| 30463 | 1008796740 | VIDAS® 25-OH VITAMINE D TOTAL 60T | 10158120676 | II | 15 MESES | 5-Sep-22 | 17-May-22 | Não |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-----------|-----------|-----|
| 422010 | 1008572010 | VIDAS® VIDAS PTH (1-84) 30T | 10158120720 | II | 12 MESES | 8-Feb-22 | 12-jan-22 | Não |
| 422010 | 1008690000 | VIDAS® VIDAS PTH (1-84) 30T | 10158120720 | II | 12 MESES | 1-Apr-22 | 10-mar-22 | Não |
| 422010 | 1008842830 | VIDAS® VIDAS PTH (1-84) 30T | 10158120720 | II | 12 MESES | 24-jun-22 | 26-May-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 423079 | 1008693240 | VIDAS® ANTI-DENGUE IGG 60 TESTS | PROCESSO TRAMITANDO NA ANVISA | | | 16-Oct-22 | 10-mar-22 | Não |
| 423079 | 1008832050 | VIDAS® ANTI-DENGUE IGG 60 TESTS | PROCESSO TRAMITANDO NA ANVISA | | | 25-Dec-22 | 26-May-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 423111 | 1008779880 | VIDAS® TB-IGRA 60 TESTS | 10158120735 | III | 18 MESES | 28-nov-22 | 28-Apr-22 | Não |
| | | | | | | | | |
| 423833 | 1008710940 | VIDAS® SARS-COV-2 IgM (9COM) 60T | 10158120729 | III | 06 MESES APÓS A FABRICAÇÃO | 4-mar-22 | 30-nov-21 | Sim |
| 423833 | 1008771420 | VIDAS® SARS-COV-2 IgM (9COM) 60T | 10158120729 | III | 06 MESES APÓS A FABRICAÇÃO | 18-May-22 | 31-Dec-21 | Não |
| 423833 | 1008781210 | VIDAS® SARS-COV-2 IgM (9COM) 60T | 10158120729 | III | 06 MESES APÓS A FABRICAÇÃO | 31-May-22 | 31-Dec-21 | Não |
| 423833 | 1008787590 | VIDAS® SARS-COV-2 IgM (9COM) 60T | 10158120729 | III | 06 MESES APÓS A FABRICAÇÃO | 7-jun-22 | 31-Dec-21 | Não |
| 423833 | 1008812250 | VIDAS® SARS-COV-2 IgM (9COM) 60T | 10158120729 | III | 06 MESES APÓS A FABRICAÇÃO | 16-jun-22 | 18-jan-22 | Não |
| 423833 | 1008843370 | VIDAS® SARS-COV-2 IgM (9COM) 60T | 10158120729 | III | 06 MESES APÓS A FABRICAÇÃO | 28-jun-22 | 31-jan-22 | Não |
| 423833 | 1008851220 | VIDAS® SARS-COV-2 IgM (9COM) 60T | 10158120729 | III | 06 MESES APÓS A FABRICAÇÃO | 5-jul-22 | 24-jan-22 | Não |
| 423833 | 1008886980 | VIDAS® SARS-COV-2 IgM (9COM) 60T | 10158120729 | III | 06 MESES APÓS A FABRICAÇÃO | 22-jul-22 | 22-Feb-22 | Não |
| 423833 | 1008918390 | VIDAS® SARS-COV-2 IgM (9COM) 60T | 10158120729 | III | 06 MESES APÓS A FABRICAÇÃO | 16-Aug-22 | 18-mar-22 | Não |
| 423833-01 | 1008710950 | VIDAS® SARS-COV-2 IgM (9COM) 60T | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 4-mar-22 | 30-nov-21 | Não |
| | | | | | | | | |
| 423834 | 1008630790** | VIDAS® SARS-COV-2 IgG (9COG) 60T | 10158120728 | III | 12 MESES | 23-Feb-22 | 4-Oct-21 | Não |
| 423834 | 1008671420** | VIDAS® SARS-COV-2 IgG (9COG) 60T | 10158120728 | III | 12 MESES | 29-mar-22 | 26-Oct-21 | Não |
| 423834 | 1008674550** | VIDAS® SARS-COV-2 IgG (9COG) 60T | 10158120728 | III | 12 MESES | 6-Apr-22 | 26-Oct-21 | Não |
| 423834-01 | 1008671430** | VIDAS® SARS-COV-2 IgG (9COG) 60T | 10158120728 | III | 12 MESES | 29-mar-22 | 26-Oct-21 | Não |
| 423834 | 1008714650** | VIDAS® SARS-COV-2 IgG (9COG) 60T | 10158120728 | III | 12 MESES | 28-Apr-22 | 17-nov-21 | Sim |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-----|
| 423834 | 1008730600 | VIDAS® SARS-COV-2 IgG (9COG) 60T | 10158120728 | III | 12 MESES | 30-Apr-22 | 30-nov-21 | Não |
| 423834 | 1008747950 | VIDAS® SARS-COV-2 IgG (9COG) 60T | 10158120728 | III | 12 MESES | 11-May-22 | 12-Dec-21 | Não |
| 423834 | 1008750690 | VIDAS® SARS-COV-2 IgG (9COG) 60T | 10158120728 | III | 12 MESES | 17-May-22 | 12-Dec-21 | Não |
| 423834-01 | 1008763910 | VIDAS® SARS-COV-2 IgG (9COG) 60T | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 11-May-22 | 12-Dec-21 | Não |
| | | | | | | | | |
| 424114 | 1008693260 | VIDAS® SARS-COV-2 IgG II | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 19-Apr-22 | 25-mar-22 | Não |
| 424114 | 1008737650 | VIDAS® SARS-COV-2 IgG II | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 3-May-22 | 19-Apr-22 | Não |
| 424114 | 1008766600 | VIDAS® SARS-COV-2 IgG II | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 25-May-22 | 19-Apr-22 | Não |
| 424114 | 1008768870 | VIDAS® SARS-COV-2 IgG II | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 31-May-22 | 19-Apr-22 | Não |
| 424114 | 1008793180 | VIDAS® SARS-COV-2 IgG II | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 8-jun-22 | 8-May-22 | Não |
| 424114 | 1008799340 | VIDAS® SARS-COV-2 IgG II | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 7-jun-22 | 26-May-22 | Não |
| 424114 | 1008806170 | VIDAS® SARS-COV-2 IgG II | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 11-jun-22 | 26-May-22 | Não |
| 424114 | 1008812180 | VIDAS® SARS-COV-2 IgG II | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 10-jun-22 | 26-May-22 | Não |
| 424114 | 1008821130 | VIDAS® SARS-COV-2 IgG II | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 21-jun-22 | 26-May-22 | Não |
| 424114 | 1008826440 | VIDAS® SARS-COV-2 IgG II | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 20-jun-22 | 26-May-22 | Não |
| 424114 | 1008840470 | VIDAS® SARS-COV-2 IgG II | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 1-jul-22 | 8-jun-22 | Não |
| 424114 | 1008845260 | VIDAS® SARS-COV-2 IgG II | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 5-jul-22 | 1-jun-22 | Não |
| 424114 | 1008850980 | VIDAS® SARS-COV-2 IgG II | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 6-jul-22 | 1-jun-22 | Não |
| 424114 | 1008859210 | VIDAS® SARS-COV-2 IgG II | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 12-jul-22 | 14-jun-22 | Não |
| 424114 | 1008881730 | VIDAS® SARS-COV-2 IgG II | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 19-jul-22 | 23-jun-22 | Não |
| 424114 | 1008915730 | VIDAS® SARS-COV-2 IgG II | PRODUTO NÃO REGISTRADO NO BRASIL | | | 9-Aug-22 | 5-jul-22 | Não |

