

Belo Horizonte, 15 de março de 2022.

MENSAGEM DE ALERTA

A empresa Medi Globe Brasil Ltda vem, através desta, informar o recolhimento dos produtos especificados abaixo.

SISTEMA DE AGULHAS DE FIAN ASPIRAÇÃO ECOENDOSCOPIA
GUS-42-18-022
LOTE: G2119625
RMS: 80073110044

O fabricante informou a ocorrência de um problema qualitativo com o produto, de modo que o tratamento irrestrito e seguro do paciente não pode mais ser garantido. Embora os resultados da investigação, até agora, não mostrem uma causa clara, estamos realizando um recall preventivo para os lotes potencialmente afetados.

Risco: quebra da agulha.

Orientações: não utilizar o produto.

Produtos utilizados que não apresentaram nenhuma queixa ou evento adverso atendeu as suas especificações técnicas.

Alessandra G. D. Mól
Responsável Técnica

Medi Globe Brasil Ltda.

Av. do Contorno, 2090 - 201 / 202 – Floresta – Belo Horizonte – MG. CEP: 30.110-012
Tel.: (31) 3274 - 7383 – Fax: (31) 3273- 0797. E-mail: mediglobe@mediglobe.com.br
Home Page: www.mediglobe.com