



Paraíba do Sul, 13 de abril de 2022.

Ref.: Ação de Campo - Luvas de Procedimento Proced não Estéril

Prezado cliente,

A Targa Medical S/A dando andamento a Ação de Campo solicitada pela ANVISA conforme resolução no 1.150, publicada em diário oficial no dia 08/04/2022, pedimos que verifiquem em seus estoques se possuem para o produto luva para procedimento não cirúrgico **PROCED** com pó, os lotes listados abaixo.

Produto	Registro Anvisa	Lotes Afetado	Fabricação Validade	Tamanho
Luva de Procedimento não cirúrgico Proced Marca: Proced	80256170001	PR006L1A9/24	Fab. 03/2021 Vali. 03/2024	PP;P;M;G
		PR007L1B4/10	Fab. 04/2021 Vali. 04/2024	
		PR008L2B4/23	Fab. 03/2021 Vali. 03/2024	

Solicitamos nos informarem, imediatamente, as quantidades existentes **APENAS** dos referidos lotes e produto abaixo (mesmo que não tenham mais nenhum produto em estoque), em até 15 dias a contar do recebimento deste comunicado, através do e-mail sac@lemgruber.com.br para que possamos substituí-los por outro e proceder o recolhimento dele.

Salientamos que este comunicado se refere APENAS aos lotes e produtos acima. Todas as demais luvas para procedimento de outros lotes e modelos estão regulares perante ANVISA e INMETRO, e podem ser comercializadas e utilizadas normalmente.

A orientação é de que as luvas não sejam utilizadas, pois apresentam resultado insatisfatório para análises microbiológicas.

Agradecemos desde já a colaboração e coloca-se a disposição para esclarecimentos através de nossos contatos de SAC mencionados.

Atenciosamente,

Priscila Helena Ribeiro
Responsável Técnica
CRQ/RJ 03251867

TARGA MEDICAL S/A

Sede: Av. Irmãos Spino, 536 – Bairro Cerâmica – CEP 25850-000 – Paraíba do Sul, RJ – Brasil | Tel.: +55 24 2263 8747
Escritório: Av. Nilo Peçanha, 50 – Centro – CEP 22020906 – Rio de Janeiro, RJ | Tel.: +55 21 2132 8020
www.lemgruber.com.br