

Nº 736  
19/05/22

**RECOLHIMENTO ELÁSTICO INTRAORAL LEVE 3/8”**  
**Lote 2777093**

**Prezado Distribuidor**

Detectamos troca de etiqueta de identificação no Elástico Intraoral - Latex Leve 3/8” (código 60.01.304) onde consta outra medida dentro da embalagem.

**60.01.304**    **lote 2777093**



Reg. MS/ANVISA 10396830006

Esse lote teve saída através das suas compras realizadas durante o período de **18/01/2022** à **23/03/2022**.

- Solicitamos a conferência e retirada do lote do seu estoque o mais rápido possível.
- Caso alguma embalagem do referido lote tenha sido vendida, oriente seus clientes, se possível, realizar a devolução para sua loja. Depois basta seguir nossa Política de Devolução.
- Se permanecer qualquer dúvida, basta contatar o WhatsApp do **SAC Morelli: (15) 9 9714-5840**
  
- **Importante:** Reforçamos que a irregularidade detectada **é perceptível antes do uso**, entretanto se o elástico for aplicado, poderá exercer força indesejada ao tratamento.

Lamentamos o transtorno e esperamos poder contar com a colaboração de todos.

Atenciosamente

**MORELLI**  
Dept de Vendas