



Paraíba do Sul, 18 de outubro de 2022

A/C S.r. Responsável Legal / Responsável Técnico

Prezado cliente,

A Targa Medical S/A, diante da interdição cautelar temporária publicada em diário oficial, vem por meio desta comunicar que está iniciando uma ação de campo para o recolhimento de apenas um lote do produto listado abaixo:

Produto	Registro Anvisa	Lote Afetado	Fabricação Validade	Tamanhos
Luva de Procedimento não cirúrgico Marca: <i>Proced</i>	80256170001	PR014L1A1/19	Fab. 07/2021 Vali. 03/2026	PP; P; M; G

Portanto, solicitamos a todos os nossos clientes que verifiquem em seus estoques se possuem o lote do produto listado acima, que é objeto de recolhimento imediato. Caso identifiquem em seu estoque o lote afetado nesta ação de campo, pedimos que entre em contato conosco através do e-mail sac@lemgruber.com.br em até 30 dias a contar do recebimento deste comunicado (mesmo que já tenha consumido estoque), informando o mapa de distribuição, a quantidade em estoque e respectivo tamanho, mantendo-os segregados até que recebam a orientação para o procedimento de devolução.

Pedimos conjuntamente que solicitem aos seus clientes para verificarem se também em seus estoques, ainda possuem alguma unidade do referido produto (lote e tamanho) mencionados acima. Caso ainda tenham, pedimos que entrem em contato conosco imediatamente também através do e-mail sac@lemgruber.com.br, informando a quantidade em estoque e mantendo o produto segregado até que recebam a orientação para o procedimento de devolução do mesmo.

Salientamos que esta ação de campo se refere **APENAS** à luva para procedimento não cirúrgico *Proced*, lote **PR014L1A1/19** (atentar a toda a numeração do lote e não apenas a parte dele).

Todas as luvas para procedimento não cirúrgico de outros lotes e modelos estão regulares perante ANVISA e INMETRO, e podem ser comercializadas e utilizadas normalmente.

A orientação é de que as luvas não sejam utilizadas, pois apresentam resultado insatisfatório para análises microbiológicas. É importante lembrar que conforme previsto em nosso plano de gerenciamento de riscos, estamos constantemente monitorando nossa produção e tomando as medidas preventivas adequadas.

Desde já agradecemos a colaboração e colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos através de nossos contatos de SAC mencionados abaixo.

Atenciosamente,

Targa Medical S/A.
sac@lemgruber.com.br

+55 (24) 2263-8747 – Ramal: 204

TARGA MEDICAL S/A

Sede: Av. Irmãos Spino, 536 – Bairro Cerâmica – CEP 25850-000 – Paraíba do Sul, RJ – Brasil | Tel.: +55 24 2263 8747
Escritório: Av. Nilo Peçanha, 50 – Centro – CEP 22020906 – Rio de Janeiro, RJ | Tel.: +55 21 2132 8020
www.lemgruber.com.br