

Rio Claro, 12 de janeiro de 2023.

Prezado Cliente,

Ref.: AC.2022.001 - Ação de Campo de Recolhimento

PROBLEMA: Produtos em estoque foram submetidos a processo de retrabalho para nova esterilização, após expiração da validade da esterilização inicial.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

Registro ANVISA nº: Vários (Lista Anexo)

Modelo: Vários Modelos (Lista Anexo)

Lotes Afetados: Vários.

RISCOS: Em linha com os critérios estabelecidos pela RDC nº 551/2021, o problema foi classificado como de *Classe de risco III* (quando existe baixa probabilidade de que o uso ou exposição a um produto para saúde possa causar consequências adversas à saúde).

ORIENTAÇÕES: Segregar os lotes listados e entrar em contato com o CAP (Canal de Atendimento ao Público) para receber orientações sobre a troca dos produtos. Para os casos que tenham sido implantadas unidades dos lotes, por favor, preencher as informações de rastreabilidade até o paciente na tabela abaixo e encaminhar para o CAP – Canal de Atendimento ao Público.

Lote	Paciente	Data Cirurgia	Hospital	Cidade	UF

Dúvidas, por favor, não hesite em contatar-nos, através do seguinte canal:

CAP – Canal de Atendimento ao Público

Tel.: (19) 2111 – 6500

E-mail: cap@vincula.com.br