

COMUNICADO

AÇÃO DE CAMPO RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO

A Saldanha Rodrigues Ltda. solicita que o uso da Seringa Hipodérmica 1mL LS, Lote: 1108N4, seja interrompido.

- **Motivo:** Em algumas unidades do lote, a seringa apresentou o desenho da escala da seringa verticalmente “desalinhada”.

- **Produto:**

- Seringa 1mL LS;
- Lote: 1108N4;
- Fabricado: 03 / 2020 , Validade: 03/2025;
- Quantidade: 280.000 unidades;
- Registro MS ANVISA: 80026180002.

- **Risco relacionado:**

A inclinação relatada representa defeito estético na seringa, porém não apresenta risco de dosagem incorreta ao usuário.

- **Orientações para profissionais, pacientes, usuários em geral:**

Caso identifique o produto deste lote em seu estoque, solicitamos que segregue e entre em contato com o fabricante através do e-mail: qualidade@seringasr.com.br para o recolhimento voluntário e troca.

A SR reafirma seu compromisso em oferecer produtos médicos em conformidade com os requisitos normativos visando o respeito aos seus Clientes e Profissionais de Saúde.