

Alerta de Segurança  
**Condicionador de Porcelana**

Para: Dentistas e Distribuidores

REF 952 - Condicionador de Porcelana

Lote: 280122

Problema de segurança: A Angelus Industria de Produtos Odontológicos identificou a alteração de consistência do produto **Condicionador de Porcelana, referência 952**. Esse fato foi observado apenas nas unidades fabricadas do **lote 280122**.

Possíveis riscos ao paciente: Esta alteração pode ocasionar o escoamento do produto pela mucosa oral, com a possibilidade de ocorrência de lesões na boca do paciente.

Ações recomendadas: Descartar o produto conforme a legislação vigente para descarte de produtos odontológicos. Resolução RDC nº222 - publicada no DOU nº61, de 29 de março de 2018.

Informações de Contato: Caso haja dúvidas sobre este alerta de segurança, favor contatar o representante local de vendas ou o SAC: WhatsApp: 43 99919 0244, 0800 727 3201, sac@angelus.ind.br.

Empenhados em agir com transparência e reforçando o seu irrestrito compromisso com a saúde e a segurança dos consumidores, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.



Atenciosamente,

César Bellinati

Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento



## RESPOSTA REQUERIDA

**Favor preencher este formulário e o retornar para a ANGELUS INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS dentro de 10 dias corridos. Esta ação confirmará o recebimento e a compreensão do Aviso de Segurança do Dispositivo Médico.**

Nome do Cliente/Destinatário:

---

Endereço:

---

Cidade/Estado/CEP/País:

---

Endereço de e-mail:

---

Número do telefone: \_\_\_\_\_

Confirmamos o recebimento e a compreensão do Alerta de Segurança que acompanha este documento e que tomaremos as medidas apropriadas de acordo com este alerta.

### **Identificação da pessoa responsável que preencheu este formulário.**

Nome Completo:

---

Data (DD/MM/AA):

---

Assinatura:

---

Devolva o formulário preenchido digitalizado (ex: pdf jpg, outros) pelo e-mail: [sac@angelus.ind.br](mailto:sac@angelus.ind.br)