

Alerta de Segurança
Fiber Cad

Para: Dentistas e Distribuidores

REF 3804 – Fiber Cad

Lote: 60657

Problema de segurança: A Angelus Indústria de Produtos Odontológicos identificou um erro de impressão nas instruções de uso, no produto **Fiber Cad, referência 3804..** Esse fato foi observado apenas nas unidades fabricadas do **lote 60657.**

Possíveis riscos ao paciente: O posicionamento incorreto (contrário às fibras) do dispositivo médico em pauta na máquina Cad Cam, pode acarretar na perda de resistência da peça usinada e, conseqüentemente, a possibilidade de fratura.

Ações recomendadas: Descartar o produto conforme a legislação vigente para descarte de produtos odontológicos. Resolução RDC nº222 - publicada no DOU nº61, de 29 de março de 2018.

Informações de Contato: Caso haja dúvidas sobre este alerta de segurança, favor contatar o representante local de vendas ou o SAC: WhatsApp: 43 99919 0244, 0800 727 3201, sac@angelus.ind.br.

Empenhados em agir com transparência e reforçando o seu irrestrito compromisso com a saúde e a segurança dos consumidores, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.



Atenciosamente,

César Bellinati

Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento

RESPOSTA REQUERIDA

Favor preencher este formulário e o retornar para a ANGELUS INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS dentro de 10 dias corridos. Esta ação confirmará o recebimento e a compreensão do Aviso de Segurança do Dispositivo Médico.

Nome do Cliente/Destinatário:

Endereço:

Cidade/Estado/CEP/País:

Endereço de e-mail:

Número do telefone: _____

Confirmamos o recebimento e a compreensão do Alerta de Segurança que acompanha este documento e que tomaremos as medidas apropriadas de acordo com este alerta.

Identificação da pessoa responsável que preencheu este formulário.

Nome Completo:

Data (DD/MM/AA):

Assinatura:

Devolva o formulário preenchido digitalizado (ex: pdf jpg, outros) pelo e-mail:
sac@angelus.ind.br