

VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda., conforme Registro Brasileiro Titular da Avizor SA, informa sobre o recolhimento de dois lotes no Brasil.

• **Problema detectado:**

Desvio na data de fabricação e na data de validade que aparecem na embalagem desses lotes (M220567 e M220568).

A data de fabricação deve ser “agosto de 2022” e a data de validade “agosto de 2025”.

No entanto, na embalagem está impressa a data de fabricação de setembro de 2022 e a data de validade de setembro de 2025.

• **Riscos para usuários:**

Os usuários podem usar o produto após a data de vencimento.

• **Lotes envolvidos e quantidades embarcadas para o Brasil:**

PT8249 BIO LENT 350+120ML: M220567: 756 unidades. 742 unidades no armazém do importador.

PT8249 BIO LENT 350+120ML: M220568: 2.808 unidades. 2.794 unidades no armazém do importador.

• **Lista das empresas que importaram os lotes afetados:**

LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A

• **Ação a ser realizada no Brasil:**

Recall de ambos os lotes.

• **Dados de contato:**

Nome	Cargo/posição	E-mail
Santiago Ríos	Responsável técnico	srios@avizor.es
Manuel Calvín	Diretor de Qualidade	mcalvin@avizor.es
María Salvador	Gerente RA	msalvador@avizor.es
Verónica Venegas.	Gerente de QA	vmontero@avizor.es
Cristiane Aguirre	VR Medical	cristiane.aguirre@vrmedical.com.br