

**CORE DIAGNOSTICS**

Abbott Automation Solutions GmbH
Sachsenkamp 5
20097 Hamburg
Germany

Número de Registro Único (SRN):
N/A

Resposta do Cliente

Necessário Agir Imediatamente

Comunicado de Correção de Produto da Core Diagnostics de 07 de junho de 2023 – FA24MAY2023

Produto	Descrição do Produto	Número de Lista	Número GLP*	Número de Série	UDI
	GLP systems Track**	06Q42-01 06Q42-02	12110	AAS210, AAS215	
	<p>*O número GLP é o número de peça que corresponde ao Número de Lista da Abbott associado antes da aquisição do GLP systems Track.</p> <p>**GLP systems Track é uma combinação de vários números de lista e é representado pelo Número de Lista do Track End.</p>				
Instruções	<ol style="list-style-type: none">Favor fornecer uma cópia do Comunicado de Correção de Produto em anexo à gerência, supervisão ou ao profissional de saúde do laboratório responsável pelo produto impactado.Favor preencher todas as seções e devolver este Formulário de Resposta do Cliente para o contato da Abbott até 23JUN2023. Mesmo se você não tiver mais o(s) instrumento(s)/reagente(s), este formulário é necessário para a reconciliação dos nossos registros.				
Contato da Abbott	<ul style="list-style-type: none">E-mail: tecnovigilancia.diagnosticsobr@abbott.com				
Confirmação	<p>Ao preencher e assinar este documento, confirmo que o Comunicado de Correção de Produto foi entendido e que as medidas necessárias para o cliente foram tomadas. Caso contrário, escolha uma das opções abaixo.</p> <p><input type="checkbox"/> Não, eu gostaria de ser contactado por um Representante Abbott.</p> <p><input type="checkbox"/> Não aplicável, por favor explique (por exemplo, não tenho mais o instrumento): _____</p>				
Número do Cliente			Número(s) de Série		
Nome(s) do(s) Laboratório(s)					
Endereço					
Cidade			Estado		
Telefone			E-mail		
Nome			Cargo		
Assinatura			Data		