



São José dos Pinhais, 01 de agosto de 2023.

RETIFICAÇÃO

Prezado Cliente,

A **FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.** CNPJ 27.089.709/0001-61, vem por meio desta, comunicar que o produto *"FL5-E23GS: Escalpe com dispositivo de segurança 23G"* registro ANVISA número 81628880027 apresentou desvio de qualidade no adaptador de agulha e trava de segurança.

Identificamos que houve uma falha no comunicado enviado em 27/07/2023 com relação ao número de um dos lotes impactados. Os lotes com desvio de qualidade são:

20211115 e 20211220

Considerando a segurança e compromisso com a Qualidade, a Firstlab recomenda que o usuário siga as instruções de uso e caso identifique falha no dispositivo não utilize-o.

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais:

Telefones: 0800 710 0888 e (41) 3888-0888

e-mail: sac@firstlab.ind.br

Agradecemos a compreensão de todos e parceria de sempre.

Debora Dreveniak

Débora Kulka Amarante e Silva Dreveniak
CRBM-6 nº 1108
Responsável Técnica

Av. Rui Barbosa, 5525 – Bloco B . Galpão 1 e 2 . CEP: 83.040-550 – São José dos Pinhais

São José dos Pinhais, 27 de julho de 2023.

NOTIFICAÇÃO

Prezado Cliente,

A **FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.** CNPJ 27.089.709/0001-61, vem por meio desta, comunicar que o produto "FL5-E23GS: Escalpe com dispositivo de segurança 23G", lotes 0211220 e 20211115, com número de registro ANVISA 1628880027 apresentou desvio de qualidade no adaptador de agulha e trava de segurança.

Considerando a segurança e compromisso com a Qualidade, a Firstlab recomenda que o usuário siga as instruções de uso e caso identifique falha no dispositivo não utilize-o.

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais:

Telefones: 0800 710 0888 e (41) 3888-0888

e-mail: sac@firstlab.ind.br

Agradecemos a compreensão de todos e parceria de sempre.

Débora Dreveniak

Débora Kulka Amarante e Silva Dreveniak
CRBM-6 n° 1108
Responsável Técnica

Av. Rui Barbosa, 5525 – Bloco B . Galpão 1 e 2 . CEP: 83.040-550 – São José dos Pinhais



Débora Dreveniak
Qualidade
Alameda Bom Pastor, 90 – Campina.
São José dos Pinhais/PR. CEP:
83005-550
Telefone: +55 41 991693455